



CONTROLES BIOLÓGICOS
ENERO 2022
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
02-01-2022	1627	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1020122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
02-01-2022	1621	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2020122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
03-01-2022	1695	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1030122	NEGATIVO	YERKO VERA
03-01-2022	1615	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1030122	NEGATIVO	YERKO VERA
03-01-2022	1634	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1030122	NEGATIVO	YERKO VERA
03-01-2022	1628	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1030122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
03-01-2022	1622	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1030122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
03-01-2022	1696	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	2OL9030122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
04-01-2022	1635	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1040122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
04-01-2022	1616	6R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1040122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
04-01-2022	1697	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1040122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
04-01-2022	1698	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	6OL3040122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
04-01-2022	1629	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1040122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
04-01-2022	1623	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1040122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
04-01-2022	1698	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	2OL9040122	NEGATIVO	YERKO VERA
04-01-2022	1617	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	2RL8040122	NEGATIVO	YERKO VERA
05-01-2022	1636	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1050122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
05-01-2022	1618	6R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1050122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
05-01-2022	1699	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1050122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
05-01-2022	1637	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO ESTORIL	6A10050122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
05-01-2022	1700	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	6OL9050122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
05-01-2022	1701	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	6O10050122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
05-01-2022	1630	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1050122	NEGATIVO	YERKO VERA
05-01-2022	1624	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1050122	NEGATIVO	YERKO VERA
06-01-2022	1638	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1060122	NEGATIVO	YERKO VERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
ENERO 2022
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
06-01-2022	1619	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1060122	NEGATIVO	YERKO VERA
06-01-2022	1702	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1060122	NEGATIVO	YERKO VERA
06-01-2022	1639	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO ESTORIL	2AL8060122	NEGATIVO	YERKO VERA
06-01-2022	1620	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	2R10060122	NEGATIVO	YERKO VERA
06-01-2022	1631	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1060122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
06-01-2022	1625	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1060122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
07-01-2022	1640	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1070122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
07-01-2022	1621	6R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1070122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
07-01-2022	1703	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1070122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
07-01-2022	1631	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1070122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
07-01-2022	1641	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL9070122	NEGATIVO	YERKO VERA
07-01-2022	1622	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL9070122	NEGATIVO	YERKO VERA
07-01-2022	1626	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1080122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
08-01-2022	1642	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1080122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
08-01-2022	1623	6R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1080122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
08-01-2022	1704	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1080122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
09-01-2022	1632	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1090122	NEGATIVO	YERKO VERA
09-01-2022	1627	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1090122	NEGATIVO	YERKO VERA
10-01-2022	1643	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1100122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
10-01-2022	1624	6R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1100122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
10-01-2022	1705	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1100122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
10-01-2022	1633	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1100122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
10-01-2022	1628	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1100122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
10-01-2022	1706	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	6OL3100122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
10-01-2022	1644	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO DESARROLLO EST / ESTORIL	2A10100122	NEGATIVO	YERKO VERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
ENERO 2022
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
10-01-2022	1706	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	2OL7100122	NEGATIVO	YERKO VERA
11-01-2022	1645	3A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3AL1110122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
11-01-2022	1625	3R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3RL1110122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
11-01-2022	1707	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OL1110122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
11-01-2022	1634	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1110122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
11-01-2022	1629	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1110122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
11-01-2022	1708	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	6OL9110122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
12-01-2022	1646	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1120122	NEGATIVO	YERKO VERA
12-01-2022	1626	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1120122	NEGATIVO	YERKO VERA
12-01-2022	1709	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1120122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
12-01-2022	1635	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2120122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
12-01-2022	1630	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1120122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
12-01-2022	1710	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO ESTORIL	3O11120122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
12-01-2022	1711	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	3O12120122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
12-01-2022	1712	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	3O13120122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
13-01-2022	1647	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1130122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
13-01-2022	1713	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1130122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
13-01-2022	1631	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1130122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
13-01-2022	1636	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1130122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
13-01-2022	1714	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	2O13130122	NEGATIVO	YERKO VERA
13-01-2022	1715	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	2O14130122	NEGATIVO	YERKO VERA
14-01-2022	1648	3A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3AL1140122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
14-01-2022	1716	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OL1140122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
14-01-2022	1632	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1140122	NEGATIVO	YERKO VERA
14-01-2022	1637	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1140122	NEGATIVO	YERKO VERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
ENERO 2022
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
14-01-2022	1717	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	6O10140122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
15-01-2022	1649	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1150122	NEGATIVO	YERKO VERA
15-01-2022	1718	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1150122	NEGATIVO	YERKO VERA
15-01-2022	1633	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1150122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
15-01-2022	1638	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1150122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
16-01-2022	1634	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1160122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
16-01-2022	1639	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2160122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
17-01-2022	1650	3A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3AL1170122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
17-01-2022	1719	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OL1170122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
17-01-2022	1635	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1170122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
17-01-2022	1640	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1170122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
17-01-2022	1720	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	3OL7170122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
18-01-2022	1721	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1180122	NEGATIVO	YERKO VERA
18-01-2022	1651	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1180122	NEGATIVO	YERKO VERA
18-01-2022	1636	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1180122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
18-01-2022	1641	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1180122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
18-01-2022	1722	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	3O10180122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
18-01-2022	1723	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO ESTORIL	3O11180122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
19-01-2022	1652	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1190122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
19-01-2022	1724	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1190122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
19-01-2022	1637	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1190122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
19-01-2022	1642	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1190122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
20-01-2022	1653	3A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1200122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
20-01-2022	1725	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OL1200122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
20-01-2022	1638	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1200122	NEGATIVO	YERKO VERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
ENERO 2022
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
20-01-2022	1643	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1200122	NEGATIVO	YERKO VERA
20-01-2022	1726	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	6O11200122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
21-01-2022	1727	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1210122	NEGATIVO	YERKO VERA
21-01-2022	1654	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1210122	NEGATIVO	YERKO VERA
21-01-2022	1639	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1210122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
21-01-2022	1644	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1210122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
21-01-2022	1728	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	2OL9210122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
22-01-2022	1655	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1220122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
22-01-2022	1729	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1220122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
22-01-2022	1640	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1220122	NEGATIVO	YERKO VERA
22-01-2022	1645	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1220122	NEGATIVO	YERKO VERA
23-01-2022	1641	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1230122	NEGATIVO	YERKO VERA
23-01-2022	1646	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1230122	NEGATIVO	YERKO VERA
24-01-2022	1730	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1240122	NEGATIVO	YERKO VERA
24-01-2022	1656	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1240122	NEGATIVO	YERKO VERA
24-01-2022	1642	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1240122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
24-01-2022	1647	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1240122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
24-01-2022	1731	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO DESARROLLO EST	2OL9240122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
24-01-2022	1732	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	3O10240122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
24-01-2022	1733	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	3O11240122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
25-01-2022	1657	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1250122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
25-01-2022	1734	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1250122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
25-01-2022	1643	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1250122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
25-01-2022	1648	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1250122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
25-01-2022	1735	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	2O11250122	NEGATIVO	YERKO VERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
ENERO 2022
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
25-01-2022	1736	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	2O12250122	NEGATIVO	YERKO VERA
25-01-2022	1658	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO ESTORIL	2A14250122	NEGATIVO	YERKO VERA
25-01-2022	1644	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	2AE2250122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
25-01-2022	1649	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO ROCHE	2BE2250122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
26-01-2022	1659	3A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3AL1260122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
26-01-2022	1737	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OL1260122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
26-01-2022	1645	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1260122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
26-01-2022	1650	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1260122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
26-01-2022	1738	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	6O12260122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
27-01-2022	1739	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1270122	NEGATIVO	YERKO VERA
27-01-2022	1660	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1270122	NEGATIVO	YERKO VERA
27-01-2022	1646	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1270122	NEGATIVO	YERKO VERA
27-01-2022	1651	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1270122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
27-01-2022	1740	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	3O10270122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
27-01-2022	1741	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	3O12270122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
27-01-2022	1742	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	3O13270122	NEGATIVO	JENIFER VERGARA
28-01-2022	1661	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1280122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
28-01-2022	1743	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1280122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
28-01-2022	1647	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1280122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
28-01-2022	1652	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1280122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
28-01-2022	1662	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	2A11280122	NEGATIVO	YERKO VERA
29-01-2022	1663	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1290122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
29-01-2022	1744	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1290122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
29-01-2022	1648	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1290122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
29-01-2022	1653	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1290122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
ENERO 2022
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
30-01-2022	1649	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1300122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
30-01-2022	1654	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3BE1300122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
31-01-2022	1664	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1310122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
31-01-2022	1745	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1310122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
31-01-2022	1649	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1310122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
31-01-2022	1655	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1310122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
31-01-2022	1746	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	6OL5310122	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
31-01-2022	1747	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	2OL931'0122	NEGATIVO	YERKO VERA