



CONTROLES BIOLÓGICOS  
ABRIL 2022  
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM  
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
01-04-2022	1718	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1010422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
01-04-2022	1710	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2010422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
01-04-2022	1868	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL8010422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
01-04-2022	1655	6R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1010422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
01-04-2022	1667	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1010422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
01-04-2022	1869	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1010422	NEGATIVO	YERKO VERA
02-04-2022	1668	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1020422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
02-04-2022	1656	6R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1020422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
02-04-2022	1870	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1020422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
02-04-2022	1719	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1020422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
02-04-2022	1711	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2020422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
02-04-2022	1657	6R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	6RL3020422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
03-04-2022	1720	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1030422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
03-04-2022	1712	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2030422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
04-04-2022	1669	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1040422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
04-04-2022	1657	6R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1040422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
04-04-2022	1871	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1040422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
04-04-2022	1721	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1040422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
04-04-2022	1713	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2040422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
04-04-2022	1658	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2R10040422	NEGATIVO	YERKO VERA
04-04-2022	1659	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2R12040422	NEGATIVO	YERKO VERA
05-04-2022	1670	3A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3AL1050422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
05-04-2022	1660	3R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3RL1050422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
05-04-2022	1872	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OL1050422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
05-04-2022	1722	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1050422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA



CONTROLES BIOLÓGICOS  
ABRIL 2022  
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM  
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
05-04-2022	1714	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1050422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
05-04-2022	1872	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	3OL3050422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
05-04-2022	1873	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	3OL5050422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
05-04-2022	1874	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	6OL8050422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
05-04-2022	1671	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO ESTORIL IMPLANTE	6A10050422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
05-04-2022	1661	6R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	6R11050422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
06-04-2022	1662	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1060422	NEGATIVO	YERKO VERA
06-04-2022	1672	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1060422	NEGATIVO	YERKO VERA
06-04-2022	1875	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1060422	NEGATIVO	YERKO VERA
06-04-2022	1723	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1060422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
06-04-2022	1715	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1060422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
06-04-2022	1876	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	3OL7060422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
06-04-2022	1877	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	3OL8060422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
06-04-2022	1663	3R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	3RL7060422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
06-04-2022	1878	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3O10060422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
07-04-2022	1673	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1070422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
07-04-2022	1664	6R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1070422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
07-04-2022	1879	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1070422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
07-04-2022	1724	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1070422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
07-04-2022	1716	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2070422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
07-04-2022	1880	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	2O10070422	NEGATIVO	YERKO VERA
07-04-2022	1881	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO DESARROLLO ESTÉTICO / ESTORIL	2O11070422	NEGATIVO	YERKO VERA
08-04-2022	1674	3A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3AL1080422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
08-04-2022	1665	3R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3RL1080422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
08-04-2022	1882	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OL1080422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA



CONTROLES BIOLÓGICOS  
ABRIL 2022  
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM  
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
08-04-2022	1725	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1080422	NEGATIVO	YERKO VERA
08-04-2022	1715	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1080422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
08-04-2022	1666	3R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	3RL6080422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
08-04-2022	1675	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO ESTORIL IMPLANTE	6A10080422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
09-04-2022	1676	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1090422	NEGATIVO	YERKO VERA
09-04-2022	1883	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1090422	NEGATIVO	YERKO VERA
09-04-2022	1667	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1090422	NEGATIVO	YERKO VERA
09-04-2022	1726	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1090422	NEGATIVO	YERKO VERA
09-04-2022	1716	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1090422	NEGATIVO	YERKO VERA
10-04-2022	1727	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1100422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
10-04-2022	1716	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1100422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
11-04-2022	1677	3A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3AL1150422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
11-04-2022	1668	3R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3RL1150422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
11-04-2022	1884	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OL1150422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
11-04-2022	1728	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1150422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
11-04-2022	1717	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3BE1150422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
11-04-2022	1669	3R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	3RL8110422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
11-04-2022	1678	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO ESTORIL IMPLANTE	6AL9110422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
12-04-2022	1670	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1120422	NEGATIVO	YERKO VERA
12-04-2022	1679	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1120422	NEGATIVO	YERKO VERA
12-04-2022	1885	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1120422	NEGATIVO	YERKO VERA
12-04-2022	1729	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1120422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
12-04-2022	1718	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1120422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
12-04-2022	1886	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	2OL2120422	NEGATIVO	YERKO VERA
12-04-2022	1887	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	3OL9120422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA



CONTROLES BIOLÓGICOS  
ABRIL 2022  
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM  
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
12-04-2022	1671	3R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN	3RL3120422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
12-04-2022	1888	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	3O12120422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
12-04-2022	1889	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO ESTORIL IMPLANTE	3O14120422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
13-04-2022	1680	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1130422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
13-04-2022	1672	6R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1130422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
13-04-2022	1890	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1130422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
13-04-2022	1730	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2130422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
13-04-2022	1719	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2130422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
13-04-2022	1673	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	2RL9130422	NEGATIVO	YERKO VERA
14-04-2022	1681	3A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3AL1140422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
14-04-2022	1672	3R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3RL1140422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
14-04-2022	1891	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OL1140422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
14-04-2022	1731	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1140422	NEGATIVO	YERKO VERA
14-04-2022	1720	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1140422	NEGATIVO	YERKO VERA
14-04-2022	1682	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO ESTORIL IMPLANTE	6A10140422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
14-04-2022	1892	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	6O10140422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
15-04-2022	1683	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1150422	NEGATIVO	YERKO VERA
15-04-2022	1673	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1150422	NEGATIVO	YERKO VERA
15-04-2022	1893	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	2OL1150422	NEGATIVO	YERKO VERA
15-04-2022	1732	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1150422	NEGATIVO	YERKO VERA
15-04-2022	1721	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1150422	NEGATIVO	YERKO VERA
16-04-2022	1733	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1160422	NEGATIVO	YERKO VERA
16-04-2022	1722	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1160422	NEGATIVO	YERKO VERA
17-04-2022	1734	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1170422	NEGATIVO	YERKO VERA
17-04-2022	1723	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1170422	NEGATIVO	YERKO VERA



CONTROLES BIOLÓGICOS  
ABRIL 2022  
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM  
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
18-04-2022	1894	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1180422	NEGATIVO	YERKO VERA
18-04-2022	1684	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1180422	NEGATIVO	YERKO VERA
18-04-2022	1674	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1180422	NEGATIVO	YERKO VERA
18-04-2022	1735	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1180422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
18-04-2022	1724	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1180422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
18-04-2022	1675	3R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	3RL8180422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
19-04-2022	1685	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1190422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
19-04-2022	1676	6R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1190422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
19-04-2022	1895	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1190422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
19-04-2022	1736	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1190422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
19-04-2022	1725	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2190422	NEGATIVO	YERKO VERA
19-04-2022	1896	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	6OL6190422	NEGATIVO	YERKO VERA
19-04-2022	1897	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	2OL9190422	NEGATIVO	YERKO VERA
19-04-2022	1677	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO ESTORIL IMPLANTE	2RL10190422	NEGATIVO	YERKO VERA
20-04-2022	1686	3A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3AL1200422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
20-04-2022	1678	3R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3RL1200422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
20-04-2022	1898	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OL1200422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
20-04-2022	1737	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1200422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
20-04-2022	1726	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE2200422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
20-04-2022	1899	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	3OL8200422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
21-04-2022	1900	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1210422	NEGATIVO	YERKO VERA
21-04-2022	1679	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1210422	NEGATIVO	YERKO VERA
21-04-2022	1687	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1210422	NEGATIVO	YERKO VERA
21-04-2022	1738	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1210422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
21-04-2022	1727	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1210422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA



CONTROLES BIOLÓGICOS  
ABRIL 2022  
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM  
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
21-04-2022	1901	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	3O10210422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
21-04-2022	1902	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	3O11210422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
21-04-2022	1903	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	3O12210422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
22-04-2022	1688	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1220422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
22-04-2022	1680	6R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1220422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
22-04-2022	1904	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1220422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
22-04-2022	1739	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1220422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
22-04-2022	1728	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2220422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
23-04-2022	1689	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1230422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
23-04-2022	1681	6R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1230422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
23-04-2022	1905	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1230422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
23-04-2022	1740	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO ESTORIL IMPLANTE	6OE1230422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
23-04-2022	1729	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO ESTORIL CAMBIO CARGA	6OE1230422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
24-04-2022	1906	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	3OL1240422	NEGATIVO	YERKO VERA
24-04-2022	1741	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	3OE1240422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
24-04-2022	1730	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1240422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
25-04-2022	1690	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1250422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
25-04-2022	1682	6R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO MANTENCION Y/O REPARACION	6RL1250422	NEGATIVO	YERKO VERA
25-04-2022	1907	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1250422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
25-04-2022	1742	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1250422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
25-04-2022	1731	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2250422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
25-04-2022	1908	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	2OL9250422	NEGATIVO	YERKO VERA
25-04-2022	1909	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO ESTORIL IMPLANTE	2O11250422	NEGATIVO	YERKO VERA
26-04-2022	1691	3A	CONTROL BIOLÓGICO ESTORIL IMPLANTE	3AL1260422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
26-04-2022	1682	3R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	3RL1260422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA



CONTROLES BIOLÓGICOS  
ABRIL 2022  
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM  
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
26-04-2022	1910	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OL1260422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
26-04-2022	1743	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1260422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
26-04-2022	1732	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1260422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
26-04-2022	1911	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	6O11260422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
27-04-2022	1912	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1270422	NEGATIVO	YERKO VERA
27-04-2022	1683	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1270422	NEGATIVO	YERKO VERA
27-04-2022	1692	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1270422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
27-04-2022	1744	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO ESTORIL	2AE1270422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
27-04-2022	1733	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	2BE1270422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
27-04-2022	1913	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3O10270422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
27-04-2022	1684	3R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3RL9270422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
27-04-2022	1685	3R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3R10270422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
27-04-2022	1914	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3O11270422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
28-04-2022	1693	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1280422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
28-04-2022	1686	6R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1280422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
28-04-2022	1915	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1280422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
28-04-2022	1745	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1280422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
28-04-2022	1734	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2280422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
29-04-2022	1694	3A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3AL1290422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
29-04-2022	1687	3R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3RL1290422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
29-04-2022	1916	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OL1290422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
29-04-2022	1746	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	3OE1290422	NEGATIVO	YERKO VERA
29-04-2022	1735	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1290422	NEGATIVO	YERKO VERA
29-04-2022	1917	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OL6290422	NEGATIVO	YERKO VERA
29-04-2022	1695	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL9290422	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA



CONTROLES BIOLÓGICOS  
ABRIL 2022  
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM  
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
30-04-2022	1918	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1300422	NEGATIVO	YERKO VERA
30-04-2022	1696	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1300422	NEGATIVO	YERKO VERA
30-04-2022	1687	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	2A21300422	NEGATIVO	YERKO VERA
30-04-2022	1747	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	2AE1300422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
30-04-2022	1736	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL	2BE1300422	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA