



CONTROLES BIOLÓGICOS
MAYO 2022
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
01-05-2022	1748	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1010522	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
01-05-2022	1737	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2010522	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
02-05-2022	1697	3A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3AL1020522	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
02-05-2022	1688	3R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3RL1020522	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
02-05-2022	1919	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN	3OL1020522	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
02-05-2022	1749	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1020522	NEGATIVO	YERKO VERA
02-05-2022	1738	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1020522	NEGATIVO	YERKO VERA
02-05-2022	1920	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	6OL8020522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
02-05-2022	1689	6R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	6RL8020522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
03-05-2022	1921	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1030522	NEGATIVO	YERKO VERA
03-05-2022	1697	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1030522	NEGATIVO	YERKO VERA
03-05-2022	1690	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1030522	NEGATIVO	YERKO VERA
03-05-2022	1750	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN	2AE1030522	NEGATIVO	YERKO VERA
03-05-2022	1739	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1030522	NEGATIVO	YERKO VERA
03-05-2022	1922	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	3OL9030522	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
03-05-2022	1923	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	3O12030522	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
04-05-2022	1698	5A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1040522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
04-05-2022	1691	5R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1040522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
04-05-2022	1924	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1040522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
04-05-2022	1751	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1040522	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
04-05-2022	1749	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1040522	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
04-05-2022	1699	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO ESTORIL IMPLANTE	2AL9040522	NEGATIVO	YERKO VERA
04-05-2022	1925	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2O11040522	NEGATIVO	YERKO VERA
04-05-2022	1752	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO IMPLANTE	2AE2040522	NEGATIVO	YERKO VERA
05-05-2022	1700	3A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3AL1050522	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA



CONTROLES BIOLÓGICOS
MAYO 2022
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
05-05-2022	1692	3R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3RL1050522	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
05-05-2022	1926	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OL1050522	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
05-05-2022	1753	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1050522	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
05-05-2022	1750	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1050522	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
05-05-2022	1693	5R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	5RL9050522	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
06-05-2022	1927	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1060522	NEGATIVO	YERKO VERA
06-05-2022	1701	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1060522	NEGATIVO	YERKO VERA
06-05-2022	1694	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1060522	NEGATIVO	YERKO VERA
06-05-2022	1754	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1060522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
06-05-2022	1751	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1060522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
07-05-2022	1702	5A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1070522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
07-05-2022	1695	5R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1070522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
07-05-2022	1928	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1070522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
07-05-2022	1929	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL3070522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
07-05-2022	1755	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AE1070522	NEGATIVO	YERKO VERA
07-05-2022	1752	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO IMPLANTE	5BE1070522	NEGATIVO	YERKO VERA
08-05-2022	1756	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1080522	NEGATIVO	YERKO VERA
08-05-2022	1753	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1080522	NEGATIVO	YERKO VERA
09-05-2022	1930	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1090522	NEGATIVO	YERKO VERA
09-05-2022	1703	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1090522	NEGATIVO	YERKO VERA
09-05-2022	1696	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1090522	NEGATIVO	YERKO VERA
09-05-2022	1757	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1090522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
09-05-2022	1754	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1090522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
09-05-2022	1931	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	3OL9090522	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
09-05-2022	1932	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	3O11090522	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA



CONTROLES BIOLÓGICOS
MAYO 2022
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
09-05-2022	1933	3R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO ESTORIL IMPLANTE	3R10090522	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
10-05-2022	1704	5A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1100522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
10-05-2022	1934	5R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1100522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
10-05-2022	1933	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1100522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
10-05-2022	1758	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	5OE1100522	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
10-05-2022	1755	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO ESTORIL IMPLANTE	5OE1100522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
10-05-2022	1934	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL8100522	NEGATIVO	YERKO VERA
10-05-2022	1935	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL0100522	NEGATIVO	YERKO VERA
10-05-2022	1936	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2O11100522	NEGATIVO	YERKO VERA
11-05-2022	1705	3A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3AL1110522	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
11-05-2022	1935	3R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3RL1110522	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
11-05-2022	1937	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OL1110522	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
11-05-2022	1759	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1110522	NEGATIVO	YERKO VERA
11-05-2022	1756	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1110522	NEGATIVO	YERKO VERA
11-05-2022		ETO	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE0548539	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
11-05-2022	1938	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO IMPLANTE	5OL9110522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
11-05-2022		ETO	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7OE1200522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
11-05-2022		ETO	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7OE1200522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
12-05-2022	1936	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1120522	NEGATIVO	YERKO VERA
12-05-2022	1937	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1120522	NEGATIVO	YERKO VERA
12-05-2022	1706	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1120522	NEGATIVO	YERKO VERA
12-05-2022	1760	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1120522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
12-05-2022	1757	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1120522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
12-05-2022	1938	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	3OL8120522	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
12-05-2022	1939	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO DESARROLLO	3O10120522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA



CONTROLES BIOLÓGICOS
MAYO 2022
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
13-05-2022	1707	5A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1130522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
13-05-2022	1937	5R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1130522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
13-05-2022	1940	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1130522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
13-05-2022	1761	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1130522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
13-05-2022	1758	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1130522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
13-05-2022	1941	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	2O10130522	NEGATIVO	YERKO VERA
13-05-2022	1938	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO ESTORIL IMPLANTE	2RL8130522	NEGATIVO	YERKO VERA
14-05-2022	1708	5A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1140522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
14-05-2022	1939	5R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1140522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
14-05-2022	1942	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1140522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
14-05-2022	1762	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1140522	NEGATIVO	YERKO VERA
14-05-2022	1759	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1140522	NEGATIVO	YERKO VERA
15-05-2022	1763	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1150522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
15-05-2022	1760	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BR1150522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
16-05-2022	1709	5A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1160522	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
16-05-2022	1940	5R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1160522	NEGATIVO	JENNIFER VERGARA
16-05-2022	1943	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1160522	NEGATIVO	YERKO VERA
16-05-2022	1764	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1160522	NEGATIVO	YERKO VERA
16-05-2022	1761	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1160522	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
16-05-2022	1710	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO ESTORIL IMPLANTE	2AL8160522	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
16-05-2022	1944	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	2OL9160522	NEGATIVO	YERKO VERA
16-05-2022	1941	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	2RL6160522	NEGATIVO	YERKO VERA
17-05-2022	1711	7A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7AL1170522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
17-05-2022	1942	7R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7RL1170522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
17-05-2022	1945	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7OL1170522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ



CONTROLES BIOLÓGICOS
MAYO 2022
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
17-05-2022	1765	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7OE1170522	NEGATIVO	YERKO VERA
17-05-2022	1762	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7OE1170522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
17-05-2022	1946	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5O10170522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
17-05-2022	1947	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5O12170522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
18-05-2022	1948	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1180522	NEGATIVO	YERKO VERA
18-05-2022	1712	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1180522	NEGATIVO	YERKO VERA
18-05-2022	1943	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1180522	NEGATIVO	YERKO VERA
18-05-2022	1766	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1180522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
18-05-2022	1763	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1180522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
18-05-2022	1949	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7OL9180522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
18-05-2022	1950	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7O11180522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
18-05-2022	1944	7R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7R10180522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
18-05-2022	1767	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO KIT ANESTESIA	7OE1180522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
19-05-2022	1713	5A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1190522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
19-05-2022	1945	5R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1190522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
19-05-2022	1951	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1190522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
19-05-2022	1768	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1190522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
19-05-2022	1764	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1190522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
19-05-2022	1713	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO ESTORIL IMPLANTE	2AL8190522	NEGATIVO	YERKO VERA
20-05-2022	1714	7A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7AL1200522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
20-05-2022	1946	7R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7RL1200522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
20-05-2022	1952	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7OL1200522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
20-05-2022	1769	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7OE1200522	NEGATIVO	YERKO VERA
20-05-2022	1765	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7OE1200522	NEGATIVO	YERKO VERA
20-05-2022	1953	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO ESTORIL IMPLANTE	7OL9200522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA



CONTROLES BIOLÓGICOS
MAYO 2022
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
20-05-2022	1954	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	5OL9200522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
20-05-2022	1715	5A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	5A10200522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
21-05-2022	1716	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1210522	NEGATIVO	YERKO VERA
21-05-2022	1955	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1210522	NEGATIVO	YERKO VERA
21-05-2022	1947	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1210522	NEGATIVO	YERKO VERA
21-05-2022	1770	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1210522	NEGATIVO	YERKO VERA
21-05-2022	1766	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO MANTENCION Y/O REPARACION	2BE1210522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
22-05-2022	1771	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1220522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
23-05-2022	1717	7A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7AL1230522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
23-05-2022	1948	7R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7RL1230522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
23-05-2022	1956	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7OL1230522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
23-05-2022	1949	5R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL7230522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
23-05-2022	1957	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL8230522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
23-05-2022		ETO	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO BIOCLIN	7OE1230522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
24-05-2022	1950	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1240522	NEGATIVO	YERKO VERA
24-05-2022	1958	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1240522	NEGATIVO	YERKO VERA
24-05-2022	1718	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1240522	NEGATIVO	YERKO VERA
24-05-2022	1772	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1240522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
24-05-2022	1765	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1240522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
24-05-2022	1959	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	7O10240522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
24-05-2022	1960	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	7O11240522	NEGATIVO	YERKO VERA
24-05-2022		ETO	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO BIOCLIN	7OE2240522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
25-05-2022	1951	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1250522	NEGATIVO	YERKO VERA
25-05-2022	1961	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1250522	NEGATIVO	YERKO VERA
25-05-2022	1719	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1250522	NEGATIVO	YERKO VERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
MAYO 2022
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
25-05-2022	1773	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1250522	NEGATIVO	YERKO VERA
25-05-2022	1766	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1250522	NEGATIVO	YERKO VERA
25-05-2022	1962	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL8250522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
25-05-2022	1963	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL9250522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
25-05-2022	1774	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7OE2250522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
26-05-2022	1720	7A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN	7AL1260522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
26-05-2022	1952	7R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7RL1260522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
26-05-2022	1964	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7OL1260522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
26-05-2022	1775	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7OE1260522	NEGATIVO	YERKO VERA
26-05-2022	1767	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7OE1260522	NEGATIVO	YERKO VERA
26-05-2022	1965	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	7OE2250522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
27-05-2022	1966	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1270522	NEGATIVO	YERKO VERA
27-05-2022	1952	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1270522	NEGATIVO	YERKO VERA
27-05-2022	1721	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1270522	NEGATIVO	YERKO VERA
27-05-2022	1776	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1270522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
27-05-2022	1768	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1270522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
27-05-2022	1967	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	7O10270522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
28-05-2022	1722	5A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1280522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
28-05-2022	1953	5R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1280522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
28-05-2022	1968	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1280522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
28-05-2022	1777	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1280522	NEGATIVO	YERKO VERA
28-05-2022	1769	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1280522	NEGATIVO	YERKO VERA
29-05-2022	1778	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1290522	NEGATIVO	YERKO VERA
29-05-2022	1770	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1290522	NEGATIVO	YERKO VERA
30-05-2022	1969	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1300522	NEGATIVO	YERKO VERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
MAYO 2022
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
30-05-2022	1954	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1300522	NEGATIVO	YERKO VERA
30-05-2022	1723	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1300522	NEGATIVO	YERKO VERA
30-05-2022	1779	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AE1300522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
30-05-2022	1771	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2BE1300522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
30-05-2022	1970	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	7OL9300522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
30-05-2022	1955	7R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO ESTORIL IMPLANTE	7RL7300522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
30-05-2022	1956	7R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	7RL8300522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
30-05-2022	1971	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	7O11300522	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
31-05-2022	1724	5A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1310522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
31-05-2022	1957	5R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1310522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
31-05-2022	1972	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1310522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
31-05-2022	1780	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1310522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
31-05-2022	1772	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1310522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
31-05-2022	1973	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	5OL5310522	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA