



CONTROLES BIOLÓGICOS
JULIO 2022
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
01-07-2022	2001	6R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1010722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
01-07-2022	1742	6A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1010722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
01-07-2022	2026	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1010722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
01-07-2022	1808	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7OE3010722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
01-07-2022	1798	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7OE1010722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
01-07-2022		ETO	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO BIOCLIN	7OE2010722	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
01-07-2022	2002	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	2RL5010722	NEGATIVO	YERKO VERA
02-07-2022	2003	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1020722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
02-07-2022	2027	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1020722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
02-07-2022	1809	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1020722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
02-07-2022	1799	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1020722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
02-07-2022	2028	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL5020722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
02-07-2022	2004	7R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	7RL1020722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
02-07-2022	1743	7A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	7AL1030722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
03-07-2022	2005	6R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1030722	NEGATIVO	YERKO VERA
03-07-2022	2029	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1030722	NEGATIVO	YERKO VERA
03-07-2022	1810	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1030722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
03-07-2022	1800	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2030722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
03-07-2022	2030	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	5OL7030722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
03-07-2022	2006	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	2RL1030722	NEGATIVO	YERKO VERA
03-07-2022	1744	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO ESTORIL IMPLANTE	2AL1030722	NEGATIVO	YERKO VERA
03-07-2022		ETO	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO BIOCLIN	2OE1030722	NEGATIVO	YERKO VERA
03-07-2022	2007	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL8030722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
04-07-2022	1745	7A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7BE1040722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
04-07-2022	2031	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7BL3040722	NEGATIVO	YERKO VERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
JULIO 2022
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
04-07-2022	2008	7R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7RL1050722	NEGATIVO	YERKO VERA
04-07-2022	1811	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7OL1050722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
04-07-2022	1801	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7OE1050722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
05-07-2022	1812	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1050722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
05-07-2022	1802	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1070722	NEGATIVO	YERKO VERA
06-07-2022	1746	5A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1070722	NEGATIVO	YERKO VERA
06-07-2022	2009	5R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL2070722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
06-07-2022	2032	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1280722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
06-07-2022	1813	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1280722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
06-07-2022	1803	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1280722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
07-07-2022	2033	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7OL1070722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
07-07-2022	2010	7R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7RL1070722	NEGATIVO	YERKO VERA
07-07-2022	1746	7A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7AL1280722	NEGATIVO	YERKO VERA
07-07-2022	2034	ETO	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7OE5280722	NEGATIVO	YERKO VERA
07-07-2022	1814	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE6280722	NEGATIVO	YERKO VERA
07-07-2022	1804	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE4280722	NEGATIVO	YERKO VERA
07-07-2022	2034	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	2OL4280722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA
08-07-2022	2035	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1090722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA
08-07-2022	1747	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1090722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
08-07-2022	2011	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1090722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
08-07-2022	1815	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1090722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
08-07-2022	1805	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1090722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
08-07-2022	2036	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO DESARROLLO EST	6OE2090722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
08-07-2022		ETO	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO BIOCLIN	2OE7090722	NEGATIVO	YERKO VERA
08-07-2022	2037	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO DESARROLLO EST	7OL2090722	NEGATIVO	YERKO VERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
JULIO 2022
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
08-07-2022	2038	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	6OL1100722	NEGATIVO	YERKO VERA
08-07-2022	2039	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	6OL1100722	NEGATIVO	YERKO VERA
09-07-2022	1748	5A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1100722	NEGATIVO	YERKO VERA
09-07-2022	2012	5R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3RL8100722	NEGATIVO	YERKO VERA
09-07-2022	2040	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL2100722	NEGATIVO	YERKO VERA
09-07-2022	1816	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1110722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA
09-07-2022	1806	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1110722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA
09-07-2022	1749	5A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO ESTORIL IMPLANTE	6RL1110722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
09-07-2022	2041	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	6OL1110722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
10-07-2022	1750	7A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OL5110722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
10-07-2022	2013	7R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3RL8110722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
10-07-2022	2042	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE2110721	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
10-07-2022	1817	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1120722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
10-07-2022	1807	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1120722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
10-07-2022		ETO	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO BIOCLIN	6RL1120722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
10-07-2022		ETO	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO BIOCLIN	6OL1120722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
10-07-2022	2043	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	6OL1120722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
11-07-2022	2044	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7OL1110722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
11-07-2022	1751	7A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7AL1110722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
11-07-2022	2014	7R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7RL1110722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
11-07-2022	2045	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7OL1110722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
11-07-2022	1818	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7OE1110722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
11-07-2022	1808	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7OE1110722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
12-07-2022	1819	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1120722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA
12-07-2022	1809	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2120722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA



CONTROLES BIOLÓGICOS
JULIO 2022
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
13-07-2022	1752	7A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	7AL2130722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA
13-07-2022	2015	7R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3AL1140722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA
13-07-2022	2046	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OL1140722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA
13-07-2022	1820	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1140722	NEGATIVO	YERKO VERA
13-07-2022	1810	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1140722	NEGATIVO	YERKO VERA
13-07-2022	2047	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	3OE1140722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
14-07-2022	2048	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1140722	NEGATIVO	YERKO VERA
14-07-2022	2016	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL6140722	NEGATIVO	YERKO VERA
14-07-2022	1753	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL6140722	NEGATIVO	YERKO VERA
14-07-2022	1821	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE7140722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA
14-07-2022	1811	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE7140722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA
14-07-2022	2049	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	6AL1150722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
14-07-2022	2050	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	6OL1150722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
14-07-2022	2051	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	7OL1150722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
14-07-2022	2017	7R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	7RL1150722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
15-07-2022	1754	5A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OL6150722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
15-07-2022	2018	5R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3RL8150722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA
15-07-2022	2052	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1150722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA
15-07-2022	1822	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1150722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA
15-07-2022	1812	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1160722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA
15-07-2022	2053	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	5OL1160722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA
15-07-2022		ETO	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO BIOCLIN	5OE1160722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA
15-07-2022	2019	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	2OL1160722	NEGATIVO	YERKO VERA
15-07-2022	2054	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	3OE1160722	NEGATIVO	YERKO VERA
16-07-2022	1755	3A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE2160722	NEGATIVO	YERKO VERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
JULIO 2022
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
16-07-2022	2020	3R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3AL1170722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
16-07-2022	2055	3O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OL1170722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
16-07-2022	1823	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE1170722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
16-07-2022	1813	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3O31170722	NEGATIVO	YERKO VERA
16-07-2022	2021	7R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3RL1170722	NEGATIVO	YERKO VERA
17-07-2022	2056	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OL1170722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
17-07-2022	2022	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3RL2170722	NEGATIVO	YERKO VERA
17-07-2022	1824	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OL4170722	NEGATIVO	YERKO VERA
17-07-2022	1814	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OL5170722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA
17-07-2022		ETO	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO MANTENCIÓN / REPARACIÓN	3RL5170722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA
17-07-2022		ETO	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL7170722	NEGATIVO	YERKO VERA
17-07-2022	2057	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	7OL8170722	NEGATIVO	YERKO VERA
17-07-2022	2058	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	7RL6170722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
17-07-2022	2059	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	7OL9170722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
17-07-2022	2023	7R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO ESTORIL IMPLANTE	7AL1180072	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
18-07-2022	2024	5R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL11800722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
18-07-2022	2060	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL11800722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
18-07-2022	1825	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL11800722	NEGATIVO	YERKO VERA
18-07-2022	1815	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE11800722	NEGATIVO	YERKO VERA
19-07-2022	1826	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE11800722	NEGATIVO	YERKO VERA
19-07-2022	1816	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE2180722	NEGATIVO	YERKO VERA
20-07-2022	2025	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3RL7180722	NEGATIVO	YERKO VERA
20-07-2022	2061	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OL8180722	NEGATIVO	YERKO VERA
20-07-2022	1827	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AE1190722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA
20-07-2022	1817	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6BE1190722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA



CONTROLES BIOLÓGICOS
JULIO 2022
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
20-07-2022	2062	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	6RL1190722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
20-07-2022	2063	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	6OL1190722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
20-07-2022		ETO	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1190722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA
21-07-2022	2026	5R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL2190722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA
21-07-2022	2027	5R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1200722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
22-07-2022	2028	6R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL220722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
22-07-2022	2064	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1210722	NEGATIVO	YERKO VERA
22-07-2022	1828	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1210722	NEGATIVO	YERKO VERA
22-07-2022	1818	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1210722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
22-07-2022	2065	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	6OE1210722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
22-07-2022	2029	7R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	6AL1220722	NEGATIVO	YERKO VERA
23-07-2022	2066	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1220722	NEGATIVO	YERKO VERA
23-07-2022	2030	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1220722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
23-07-2022	1829	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1220722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
23-07-2022	1819	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OEL2220722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
23-07-2022	2067	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	6OL2220722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA
24-07-2022	2031	5R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL6220722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA
24-07-2022	2068	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL8220722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA
24-07-2022	1830	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL9230722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUEVA
24-07-2022	1820	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1240722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
24-07-2022		ETO	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO BIOCLIN	6OE2230722	NEGATIVO	YERKO VERA
24-07-2022	2069	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	6AL1230722	NEGATIVO	YERKO VERA
24-07-2022	2070	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO ESTORIL IMPLANTE	6OL1230722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
25-07-2022	2032	6R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1230722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
25-07-2022	2071	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1230722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ



CONTROLES BIOLÓGICOS
JULIO 2022
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
25-07-2022	1831	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2230722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
25-07-2022	1821	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1230722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
26-07-2022	1832	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1240722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
26-07-2022	1822	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1240722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
27-07-2022	2072	7O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1240722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUOVA
27-07-2022	2033	6R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1240722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
28-07-2022	2073	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL4240722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
28-07-2022	1833	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2240722	NEGATIVO	YERKO VERA
28-07-2022	1823	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OE3240722	NEGATIVO	YERKO VERA
28-07-2022	2074	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	3OE3240722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
28-07-2022	2034	5R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	3OL7240722	NEGATIVO	IGNA ORTIZ
29-07-2022	2035	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1250722	NEGATIVO	YERKO VERA
29-07-2022	2075	2O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1250722	NEGATIVO	YERKO VERA
29-07-2022	1834	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1250722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUOVA
29-07-2022	1824	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1250722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUOVA
29-07-2022	2076	6O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO CAJAS MCL IMPLANTE	6OE1250722	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
30-07-2022	2036	5R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2250722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUOVA
30-07-2022	2077	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL4250722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUOVA
30-07-2022	1835	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OL8250722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUOVA
30-07-2022	1825	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	3OL9250722	NEGATIVO	JOSE VILLANNUOVA
30-07-2022	1756	5A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2250722	NEGATIVO	YERKO VERA
30-07-2022		ETO	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO BIOCLIN	2OL1220722	NEGATIVO	YERKO VERA
30-07-2022	2078	5O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1220722	NEGATIVO	YERKO VERA
30-07-2022	1757	2A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1220722	NEGATIVO	YERKO VERA
30-07-2022	2037	2R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1220722	NEGATIVO	YERKO VERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
JULIO 2022
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
31-07-2022	1836	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1310722	NEGATIVO	YERKO VERA
31-07-2022	1826	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1310722	NEGATIVO	YERKO VERA