



CONTROLES BIOLÓGICOS
DICIEMBRE 2022
ATTEST 1292 RAPD BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
01-12-2022	1892	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1011222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
01-12-2022	2183	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1011222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
01-12-2022	2314	1O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1011222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
01-12-2022	1973	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1011222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
01-12-2022	1943	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1011222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
01-12-2022	2315	9O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC, OCHAGAVIA	6OL9011222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
01-12-2022	2316	10 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES DESARROLLO	6O10011223	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
01-12-2022	1893	5A	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES ESTORIL	5AL5011222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
01-12-2022	2317	11 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	5O11011222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
01-12-2022	2318	12 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA, DESARROLLO	5O12011222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
01-12-2022	2184	10 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	5R10011222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
01-12-2022	2319	13 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	5O13011222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
02-12-2022	2185	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1021222	NEGATIVO	YERKO VERA
02-12-2022	1894	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1021222	NEGATIVO	YERKO VERA
02-12-2022	2320	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1021222	NEGATIVO	YERKO VERA
02-12-2022	2186	2 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	2RL1021222	NEGATIVO	YERKO VERA
02-12-2022	2321	2 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL2021222	NEGATIVO	YERKO VERA
02-12-2022	1974	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1021222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
02-12-2022	1944	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE2021222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
02-12-2022	2322	8 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	6OL8021222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
02-12-2022	2323	9 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	6OL9021222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
02-12-2022	2324	10 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	6O10021222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
02-12-2022	2187	10 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	6R10021222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
02-12-2022	2325	11O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	6O11021222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
02-12-2022	2188	11 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	6R11021222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
02-12-2022	2326	12 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	6O12021222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
03-12-2022	1975	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1031222	NEGATIVO	YERKO VERA
03-12-2022	1945	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2031222	NEGATIVO	YERKO VERA
03-12-2022	1895	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1031222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA

03-12-2022	2189	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1031222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
03-12-2022	2327	1O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1031222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
03-12-2022	1946	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE2031222	NEGATIVO	YERKO VERA
03-12-2022	1976	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1031222	NEGATIVO	YERKO VERA
03-12-2022	2328	5O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	5OL5031222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
03-12-2022	2190	5 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	5RL5031222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
03-12-2022	2191	4 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA,	5RL4031222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
03-12-2022	2329	6O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA,	5OL6031222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
03-12-2022	1896	5A	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA,	5AL5031222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
03-12-2022	1897	6A	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA,	5AL6031223	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
03-12-2022	2330	7O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA,	5O7031222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
05-12-2022	1898	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1051222	NEGATIVO	YERKO VERA
05-12-2022	2192	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1051222	NEGATIVO	YERKO VERA
05-12-2022	2331	1O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1051222	NEGATIVO	YERKO VERA
05-12-2022	2332	4O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	2OL4051222	NEGATIVO	YERKO VERA
05-12-2022	2333	11O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA, CMC	6O11051222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
05-12-2022	2334	12 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA,	6O12051222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
05-12-2022	2335	13 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA,	6O13051223	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
06-12-2022	1977	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1061222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
06-12-2022	1947	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE2061222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
06-12-2022	1899	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1061222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
06-12-2022	2193	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1061222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
06-12-2022	2336	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1061222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
06-12-2022	2337	5 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA,	5OL5061222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
06-12-2022	2338	6 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	5OL7061222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
06-12-2022	2339	10 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	2O10061222	NEGATIVO	YERKO VERA
06-12-2022	2340	11 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC, OCHAGAVIA	2O11061222	NEGATIVO	YERKO VERA
06-12-2022	2341	12 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	2O12061222	NEGATIVO	YERKO VERA
06-12-2022	1900	2A	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES ESTORIL	2AL2061222	NEGATIVO	YERKO VERA
06-12-2022	2342	13 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	2O13061222	NEGATIVO	YERKO VERA
06-12-2022	2343	14 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	2O14061222	NEGATIVO	YERKO VERA
06-12-2022	2344	15 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	2O15061222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
07-12-2022	1978	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1071222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
07-12-2022	1948	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE2071222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
07-12-2022	1901	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1071222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA

07-12-2022	2193	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1071222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
07-12-2022	2345	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1071222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
07-12-2022	2346	5 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	5OL5071222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
07-12-2022	2347	6 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	5OL6071222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
07-12-2022	2348	7 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	5OL7071222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
07-12-2022	2349	8 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	5OL8071222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
07-12-2022	2350	10 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	5O10071222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
07-12-2022	1902	1A	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES ESTORIL	5A16071222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
07-12-2022	2351	11 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	5O11071222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
08-12-2022	1979	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1081222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
08-12-2022	1949	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1081222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
08-12-2022	1903	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	9AL1081222	NEGATIVO	JAIME FINCH
08-12-2022	2194	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	9RL1081222	NEGATIVO	JAIME FINCH
08-12-2022	2352	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	9OL1081222	NEGATIVO	JAIME FINCH
08-12-2022	1904	3A	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	9AL3081222	NEGATIVO	JAIME FINCH
08-12-2022	2353	3 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	9OL3081222	NEGATIVO	JAIME FINCH
08-12-2022	2195	4 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	9RL4081222	NEGATIVO	JAIME FINCH
08-12-2022	1905	4A	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	9AL4081222	NEGATIVO	JAIME FINCH
08-12-2022	2354	4 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	9OL4081222	NEGATIVO	JAIME FINCH
08-12-2022	2196	5 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	9RL5081222	NEGATIVO	JAIME FINCH
09-12-2022	1906	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1091222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
09-12-2022	2196	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1091222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
09-12-2022	2355	1O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1091222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
09-12-2022	2356	10 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	2O10091222	NEGATIVO	YERKO VERA
09-12-2022	2357	11 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC, OCHAGAVIA	2O11091222	NEGATIVO	YERKO VERA
09-12-2022	1907	11A	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES ESTORIL	2A11091222	NEGATIVO	YERKO VERA
09-12-2022	2358	13 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	2O13091222	NEGATIVO	YERKO VERA
09-12-2022	2359	14 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	2O14091222	NEGATIVO	YERKO VERA
10-12-2022	1980	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1101222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
10-12-2022	1950	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE2101222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
10-12-2022	1908	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1101222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
10-12-2022	2197	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL101222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
10-12-2022	2360	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1101222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
10-12-2022	2361	5 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	5OL5101222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
10-12-2022	2198	4 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	5RL4101222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA

10-12-2022	2362	6 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	5OL6101222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
10-12-2022	2199	5 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	5RL5101222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
10-12-2022	1981	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1101222	NEGATIVO	YERKO VERA
10-12-2022	1951	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1101222	NEGATIVO	YERKO VERA
11-12-2022	1982	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1111222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
11-12-2022	1952	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1111222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
11-12-2022	2363	1O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO + IMPLANTES OCHAGAVIA	2OL1111222	NEGATIVO	YERKO VERA
11-12-2022	2200	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO + IMPLANTES OCHAGAVIA	2RL1111222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
11-12-2022	2364	2 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	2OL2111222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
12-12-2022	1909	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1121222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
12-12-2022	2201	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1121222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
12-12-2022	2365	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1121222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
12-12-2022	1983	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1121222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
12-12-2022	1953	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1121222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
12-12-2022	2366	4 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	5OL4121222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
12-12-2022	2367	7 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	5OL7121222	NEGATIVO	YERKO VERA
12-12-2022	2368	8 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	2OL8121222	NEGATIVO	YERKO VERA
12-12-2022	2369	9 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	2OL9121222	NEGATIVO	YERKO VERA
12-12-2022	2370	11 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	2O11121222	NEGATIVO	YERKO VERA
13-12-2022	1984	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1131222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
13-12-2022	1954	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE2131222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
13-12-2022	1910	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1131222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
13-12-2022	2202	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1131222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
13-12-2022	2371	1O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1131222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
13-12-2022	2372	2 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	6OL8131222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
13-12-2022	2203	8 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	6RL8131222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
13-12-2022	2373	9 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	5RL9131222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
13-12-2022	2204	9 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA, ESTORIL	5OL9131222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
13-12-2022	2374	10 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	5O10131222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
13-12-2022	2205	12 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	5R12131222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
13-12-2022	2375	13 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	5O13131222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
14-12-2022	1985	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1141222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
14-12-2022	1955	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1141222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
14-12-2022	1911	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1141222	NEGATIVO	YERKO VERA
14-12-2022	2206	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1141222	NEGATIVO	YERKO VERA

14-12-2022	2376	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1141222	NEGATIVO	YERKO VERA
14-12-2022	2377	3 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	2OL3141222	NEGATIVO	YERKO VERA
14-12-2022	2378	4 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	2OL4141222	NEGATIVO	YERKO VERA
14-12-2022	2379	5 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	2OL5141222	NEGATIVO	YERKO VERA
14-12-2022	1986	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES TRAUMA SERVICE	2OE1141222	NEGATIVO	YERKO VERA
14-12-2022	2380	7 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	2OL7141222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
14-12-2022	2381	8 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	6OL8141222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
14-12-2022	2382	9 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	6OL9141222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
15-12-2022	1987	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1151222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
15-12-2022	1956	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2151222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
15-12-2022	1912	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1151222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
15-12-2022	2207	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1151222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
15-12-2022	2383	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1151222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
15-12-2022	2384	9 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	2OL9151222	NEGATIVO	YERKO VERA
15-12-2022	2208	11 R	CONTROL BIOLÓGICO ESTORIL	2R11151222	NEGATIVO	YERKO VERA
15-12-2022	2385	10 O	CONTROL BIOLÓGICO OCHAGAVÍA	2O10151222	NEGATIVO	YERKO VERA
15-12-2022	1913	9A	CONTROL BIOLÓGICO OCHAGAVÍA	2AL9151222	NEGATIVO	YERKO VERA
15-12-2022	2386	11 O	CONTROL BIOLÓGICO OCHAGAVÍA	2O11151222	NEGATIVO	YERKO VERA
15-12-2022	1914	10A	CONTROL BIOLÓGICO OCHAGAVÍA	2A10151222	NEGATIVO	YERKO VERA
15-12-2022	2387	12 O	CONTROL BIOLÓGICO OCHAGAVÍA	2O12151222	NEGATIVO	YERKO VERA
15-12-2022	2388	13 O	CONTROL BIOLÓGICO OCHAGAVÍA	2O13151222	NEGATIVO	YERKO VERA
15-12-2022	2389	14 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	2O14151222	NEGATIVO	YERKO VERA
16-12-2022	1988	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1161222	NEGATIVO	YERKO VERA
16-12-2022	1957	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2161222	NEGATIVO	YERKO VERA
16-12-2022	1915	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1161222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
16-12-2022	2209	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1161222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
16-12-2022	2390	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1161222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
16-12-2022	1989	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1161222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
16-12-2022	1958	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1161222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
16-12-2022	2391	8 O	CONTROL BIOLÓGICO OCHAGAVÍA	6OL8161222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
16-12-2022	2392	9 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	5OL9161222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
16-12-2022	2393	10 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	5O10161222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
16-12-2022	2210	8 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	5RL8161222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
16-12-2022	2394	11 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	5O11161222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
16-12-2022	2395	12 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	5O12161222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA

17-12-2022	1990	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1171222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
17-12-2022	1959	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1171222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
17-12-2022	2396	1O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1171222	NEGATIVO	YERKO VERA
17-12-2022	2211	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1171222	NEGATIVO	YERKO VERA
17-12-2022	1916	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1171222	NEGATIVO	YERKO VERA
17-12-2022	2397	5 O	CONTROL BIOLÓGICO OCHAGAVÍA	2OL5171222	NEGATIVO	JAIME FINCH
17-12-2022	2212	4 R	CONTROL BIOLÓGICO OCHAGAVÍA	9RL4171222	NEGATIVO	JAIME FINCH
17-12-2022	1917	5A	CONTROL BIOLÓGICO OCHAGAVÍA	9AL5171222	NEGATIVO	JAIME FINCH
17-12-2022	2398	6 O	CONTROL BIOLÓGICO OCHAGAVÍA	9OL6171222	NEGATIVO	JAIME FINCH
17-12-2022	2213	5 R	CONTROL BIOLÓGICO OCHAGAVÍA	9RL5171222	NEGATIVO	JAIME FINCH
17-12-2022	1918	6A	CONTROL BIOLÓGICO OCHAGAVÍA	9AL6171222	NEGATIVO	JAIME FINCH
17-12-2022	1991	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1171222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
17-12-2022	1960	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2171222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
18-12-2022	1992	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1181222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
18-12-2022	1961	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2181222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
19-12-2022	1919	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	9AL1191222	NEGATIVO	JAIME FINCH
19-12-2022	2214	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	9RL1191222	NEGATIVO	JAIME FINCH
19-12-2022	2399	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	9OL1191222	NEGATIVO	JAIME FINCH
19-12-2022	1992	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	9OE1191222	NEGATIVO	JAIME FINCH
19-12-2022	1961	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	9OE1191222	NEGATIVO	JAIME FINCH
19-12-2022	2400	9 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVÍA , CMC	9OL9191222	NEGATIVO	JAIME FINCH
19-12-2022	2215	9 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVÍA ,	9RL9191222	NEGATIVO	JAIME FINCH
19-12-2022	2401	10 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVÍA ,	9010191222	NEGATIVO	JAIME FINCH
19-12-2022	2402	11 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVÍA ,	9011191222	NEGATIVO	JAIME FINCH
19-12-2022	2216	11 R	CONTROL BIOLÓGICO CMC	9R11191222	NEGATIVO	JAIME FINCH
19-12-2022	2403	12 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVÍA ,	9012191222	NEGATIVO	JAIME FINCH
19-12-2022	2404	8 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVÍA ,	90L8191222	NEGATIVO	JAIME FINCH
20-12-2022	1920	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1201222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
20-12-2022	2217	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1201222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
20-12-2022	2405	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1201222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
20-12-2022	1993	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1201222	NEGATIVO	YERKO VERA
20-12-2022	1962	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1201222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
20-12-2022	2218	9 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	6RL9201222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
20-12-2022	2406	9 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	6OL92012232	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
20-12-2022	2407	10 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVÍA ,	6O10201222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA

20-12-2022	2408	11 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVÍA .	6O11201222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
20-12-2022	2409	12 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVÍA .	6O11301222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
20-12-2022	2410	13 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVÍA .	6O11401222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
21-12-2022	1994	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1211222	NEGATIVO	YERKO VERA
21-12-2022	1963	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2211222	NEGATIVO	YERKO VERA
21-12-2022	1921	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1211222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
21-12-2022	2219	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1211222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
21-12-2022	2410	1O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1211222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
21-12-2022	2411	10 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVÍA .	9O10211222	NEGATIVO	YERKO VERA
21-12-2022	2412	11 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVÍA .	2O11211222	NEGATIVO	YERKO VERA
21-12-2022	2413	12 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVÍA .	2O11311222	NEGATIVO	YERKO VERA
21-12-2022	2414	13 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVÍA .	2O11411222	NEGATIVO	YERKO VERA
22-12-2022	1995	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1221222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
22-12-2022	1964	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE2221222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
22-12-2022	1922	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1221222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
22-12-2022	2220	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1221222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
22-12-2022	2415	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1221222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
22-12-2022	2416	9 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVÍA .	6OL9221222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
22-12-2022	2221	7 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES ESTORIL	5RL7221222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
22-12-2022	2417	10 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVÍA .	5O10221222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
22-12-2022	2418	11 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVÍA .	5O11221222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
23-12-2022	2222	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1231222	NEGATIVO	YERKO VERA
23-12-2022	1923	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1231222	NEGATIVO	YERKO VERA
23-12-2022	2419	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1231222	NEGATIVO	YERKO VERA
23-12-2022	1996	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	9OE1231222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
23-12-2022	1965	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	9OE2231222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
23-12-2022	2420	8 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	9OL8231222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
23-12-2022	2223	8 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC, OCHAGAVIA	6RL8231223	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
24-12-2022	1997	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1241222	NEGATIVO	YERKO VERA
24-12-2022	1966	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2241222	NEGATIVO	YERKO VERA
24-12-2022	1924	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1241222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
24-12-2022	2224	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1241222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
24-12-2022	2421	1 O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1241222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
26-12-2022	2225	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1261222	NEGATIVO	YERKO VERA

26-12-2022	1925	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1261222	NEGATIVO	YERKO VERA
26-12-2022	2422	1 0	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1261222	NEGATIVO	YERKO VERA
26-12-2022	1998	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1261222	NEGATIVO	YERKO VERA
26-12-2022	19667	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE2261222	NEGATIVO	YERKO VERA
26-12-2022	1926	10A	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVÍA ,	6A10261222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
26-12-2022	2423	8 0	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVÍA ,	6OL8261222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
26-12-2022	2226	10 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVÍA ,	6R10261222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
27-12-2022	1999	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1271222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
27-12-2022	1968	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2271222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
27-12-2022	1927	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1271222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
27-12-2022	2227	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1271222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
27-12-2022	2424	1 0	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1271222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
27-12-2022	2425	11 O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVÍA ,	2O11271222	NEGATIVO	YERKO VERA
27-12-2022	2000	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES TRAUMA SERVICE	6OE1271222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
28-12-2022	2001	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1281222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
28-12-2022	1928	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1281222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
28-12-2022	2228	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1281222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
28-12-2022	2425	1 0	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1281222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
28-12-2022	1929	8A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL8281222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
28-12-2022	1969	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2281222	NEGATIVO	YERKO VERA
28-12-2022	2426	9 0	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL9281222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
29-12-2022	2002	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1291222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
29-12-2022	1970	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1291222	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
29-12-2022	1930	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1291222	NEGATIVO	YERKO VERA
29-12-2022	2229	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1291222	NEGATIVO	YERKO VERA
29-12-2022	2427	1 0	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1291222	NEGATIVO	YERKO VERA
29-12-2022	2428	7 0	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVÍA ,	2OL7291222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
29-12-2022	1931	1A	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	2AL8291222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
29-12-2022	2429	8 0	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES ESTORIL , AVANSALUD	6OL8291222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
29-12-2022	1932	11A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL11291222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
29-12-2022	2230	10 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5R10291222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
31-12-2022	1933	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1311222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
31-12-2022	2231	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1311222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
31-12-2022	2430	10	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1311222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA

31-12-2022	2001	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1311222	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
------------	------	-------	-----------------------------	------------	----------	-------------------