



CONTROLES BIOLÓGICOS
ENERO 2023
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
02-01-2023	2431	10	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	50L1020123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
03-01-2023	1934	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1030123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
03-01-2023	2232	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1030123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
03-01-2023	2432	10	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	60L1030123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
03-01-2023	2002	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	60E1030123	NEGATIVO	YERKO VERA
03-01-2023	1971	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	60E1030123	NEGATIVO	YERKO VERA
03-01-2023	2433	3 0	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	60L3030123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
03-01-2023	2434	5 0	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	60L5030123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
03-01-2023	2435	7 0	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	60L7030123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
03-01-2023	2436	8 0	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	50L8030123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
04-01-2023	2003	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	50E1040123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
04-01-2023	1972	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	50E1040123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
04-01-2023	1935	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1040123	NEGATIVO	YERKO VERA
04-01-2023	2437	1 0	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	20L1040123	NEGATIVO	YERKO VERA
04-01-2023	2233	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1040123	NEGATIVO	YERKO VERA
04-01-2023	2438	8 0	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC, OCHAGAVIA	60L8040123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
05-01-2023	2004	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	60E1050123	NEGATIVO	YERKO VERA
05-01-2023	1973	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	60E2050123	NEGATIVO	YERKO VERA
05-01-2023	1936	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1050123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
05-01-2023	2234	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1050123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
05-01-2023	2439	1 0	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	50L1050123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
05-01-2023	1937	8A	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES NUCLEO SALUD	2AL8050123	NEGATIVO	YERKO VERA
06-01-2023	2005	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	20E1060123	NEGATIVO	YERKO VERA
06-01-2023	1974	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	20E1060123	NEGATIVO	YERKO VERA
06-01-2023	1938	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1060123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
ENERO 2023
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
06-01-2023	2235	1 R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1060123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
06-01-2023	2440	1 0	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1060123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
06-01-2023	2236	8 R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	5RL8060123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
07-01-2023	2006	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1070123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
07-01-2023	1975	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1070123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
07-01-2023	2237	7R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1070123	NEGATIVO	YERKO VERA
07-01-2023	1939	7A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1070123	NEGATIVO	YERKO VERA
07-01-2023	2441	1 0	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1070123	NEGATIVO	YERKO VERA
09-01-2023	1940	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1090123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
09-01-2023	2238	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1090123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
09-01-2023	2442	1 0	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1090123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
09-01-2023	2007	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1090123	NEGATIVO	YERKO VERA
09-01-2023	1976	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1090123	NEGATIVO	YERKO VERA
09-01-2023	2443	7 0	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	6OL7090123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
09-01-2023	2444	8 0	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	6OL8090123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
09-01-2023	2445	9 0	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	5O10090123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
10-01-2023	2008	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1100123	NEGATIVO	YERKO VERA
10-01-2023	1977	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1100123	NEGATIVO	YERKO VERA
10-01-2023	1941	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1100123	NEGATIVO	YERKO VERA
10-01-2023	2238	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1100123	NEGATIVO	YERKO VERA
10-01-2023	2446	10	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1100123	NEGATIVO	YERKO VERA
10-01-2023	2239	8R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC , OCHAGAVIA	6RL8100123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
10-01-2023	2447	90	CONTROL BIOLÓGICO OCHAGAVIA	6OL9100123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
11-01-2023	2009	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1110123	NEGATIVO	YERKO VERA
11-01-2023	1978	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2110123	NEGATIVO	YERKO VERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
ENERO 2023
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
11-01-2023	1941	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1110123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
11-01-2023	2240	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1110123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
11-01-2023	2448	10	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1110123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
11-01-2023	2449	70	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	5OL7110123	NEGATIVO	YERKO VERA
11-01-2023	2241	9R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES ESTORIL	2RL9110123	NEGATIVO	YERKO VERA
11-01-2023	2450	110	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC , N. SALUD	2O11110123	NEGATIVO	YERKO VERA
12-01-2023	2010	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1120123	NEGATIVO	YERKO VERA
12-01-2023	1979	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE2120123	NEGATIVO	YERKO VERA
12-01-2023	1942	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1120123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
12-01-2023	2242	9R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1120123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
12-01-2023	2451	10	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1120123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
13-01-2023	2011	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	9OE1130123	NEGATIVO	JAIME FINCH
13-01-2023	1980	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	9OE2130123	NEGATIVO	JAIME FINCH
13-01-2023	2243	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1130123	NEGATIVO	YERKO VERA
13-01-2023	2452	10	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1130123	NEGATIVO	YERKO VERA
13-01-2023	1943	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1130123	NEGATIVO	YERKO VERA
13-01-2023	2012	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES FIBROBR. LOS ANDES	2OE1130123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
13-01-2023	1981	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CISTOSCOPIO ICO	2OE2130123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
13-01-2023	2453	90	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	9OL9130123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
13-01-2023	2454	10 0	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	9O10130123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
13-01-2023	2244	1R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	9R10130123	NEGATIVO	JAIME FINCH
13-01-2023	2455	11 0	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	9O11130123	NEGATIVO	JAIME FINCH
13-01-2023	2245	11R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	9R11130123	NEGATIVO	JAIME FINCH
13-01-2023	2246	12R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	9R12130123	NEGATIVO	JAIME FINCH
13-01-2023	2456	12 0	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	9O12130123	NEGATIVO	JAIME FINCH



CONTROLES BIOLÓGICOS
ENERO 2023
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
13-01-2023	2013	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES FIBROBR. LOS ANDES	9OE1140123	NEGATIVO	YERKO VERA
13-01-2023	1982	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CISTOSCOPIO ICO	9OE1140123	NEGATIVO	YERKO VERA
14-01-2023	1944	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1140123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
14-01-2023	2247	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1140123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
14-01-2023	2457	10	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1140123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
14-01-2023	2458	40	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	5OL4140123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
14-01-2023	2459	50	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	5OL5140123	NEGATIVO	YERKO VERA
15-01-2023	2014	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1150123	NEGATIVO	YERKO VERA
15-01-2023	1983	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1150123	NEGATIVO	YERKO VERA
16-01-2023	2460	50	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1160123	NEGATIVO	YERKO VERA
16-01-2023	1945	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1160123	NEGATIVO	YERKO VERA
16-01-2023	2248	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1160123	NEGATIVO	YERKO VERA
16-01-2023	2015	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1160123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
16-01-2023	1984	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE2160123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
16-01-2023	2461	90	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL9160123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
16-01-2023	2249	8R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL8160123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
17-01-2023	2016	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1170123	NEGATIVO	YERKO VERA
17-01-2023	1985	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2170123	NEGATIVO	YERKO VERA
17-01-2023	1946	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1170123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
17-01-2023	2250	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1170123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
17-01-2023	2462	10	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1170123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
17-01-2023	2463	90	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	2OL9170124	NEGATIVO	YERKO VERA
18-01-2023	2017	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1180123	NEGATIVO	YERKO VERA
18-01-2023	1986	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE2180123	NEGATIVO	YERKO VERA
18-01-2023	1947	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1180123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
ENERO 2023
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
18-01-2023	2251	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1180123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
18-01-2023	2464	10	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1180123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
18-01-2023	2465	8 0	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	6OL8180123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
18-01-2023	2466	9 0	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC, OCHAGAVIA	6OL9180123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
19-01-2023	2018	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1190123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
19-01-2023	1987	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1190123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
19-01-2023	2252	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1190123	NEGATIVO	YERKO VERA
19-01-2023	2467	9 0	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1190123	NEGATIVO	YERKO VERA
19-01-2023	1948	9A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1190123	NEGATIVO	JAIME FINCH
19-01-2023	2253	8R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	9RL8190123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
19-01-2023	2468	8 0	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL8190123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
20-01-2023	1949	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1200123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
20-01-2023	2254	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1200123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
20-01-2023	2469	1 0	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1200123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
20-01-2023	2019	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1200123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
20-01-2023	1988	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1200123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
20-01-2023	2020	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1210123	NEGATIVO	YERKO VERA
20-01-2023	1989	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1210123	NEGATIVO	YERKO VERA
21-01-2023	1950	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1210123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
21-01-2023	2255	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1210123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
21-01-2023	2470	1 0	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1210123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
21-01-2023	2256	3R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	6RL3210123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
21-01-2023	2021	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO CISTOSCOPIO ICO	6OE1210123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
22-01-2023	2022	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1220123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
22-01-2023	1989	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE2220123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA



CONTROLES BIOLÓGICOS
ENERO 2023
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
23-01-2023	1951	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1230123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
23-01-2023	2257	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1230123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
23-01-2023	2471	10	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OL1230123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
23-01-2023	2023	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1230123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
23-01-2023	1990	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1230123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
23-01-2023	2472	80	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	2OL8230123	NEGATIVO	YERKO VERA
23-01-2023	2473	90	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	2OL9230123	NEGATIVO	YERKO VERA
24-01-2023	2024	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1240123	NEGATIVO	YERKO VERA
24-01-2023	1991	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE2240124	NEGATIVO	YERKO VERA
24-01-2023	1952	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1240123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
24-01-2023	2258	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1240123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
24-01-2023	2474	10	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1240123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
24-01-2023	2259	8R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	6RL8240123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
24-01-2023	2475	8O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	6OL8240123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
24-01-2023	2260	9R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	5RL9240123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
24-01-2023	1953	10A	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES ESTORIL	5A10240123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
25-01-2023	2025	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1250123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
25-01-2023	1992	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE2250123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
25-01-2023	2261	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1250123	NEGATIVO	YERKO VERA
25-01-2023	2476	1O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1250123	NEGATIVO	YERKO VERA
25-01-2023	1954	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1250123	NEGATIVO	YERKO VERA
25-01-2023	2477	8O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC, OCHAGAVIA	6OL8250123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
25-01-2023	2478	9O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC, OCHAGAVIA	6OL9250124	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
26-01-2023	2026	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1260123	NEGATIVO	YERKO VERA
26-01-2023	1993	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE2260123	NEGATIVO	YERKO VERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
ENERO 2023
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
26-01-2023	1955	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5AL1260123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
26-01-2023	2262	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5RL1260123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
26-01-2023	2479	1O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1260123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
26-01-2023	2027	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE3260123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
26-01-2023	2480	8O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	2OL1260123	NEGATIVO	YERKO VERA
26-01-2023	1956	8A	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES ESTORIL	2AL8260123	NEGATIVO	YERKO VERA
27-01-2023	2028	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE1270123	NEGATIVO	YERKO VERA
27-01-2023	1994	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OE2270123	NEGATIVO	YERKO VERA
27-01-2023	1957	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1270123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
27-01-2023	2263	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1270123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
27-01-2023	2481	1O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1270123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
27-01-2023	1995	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC,CISTOSCOPIO	6OE2270123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
27-01-2023	2482	8O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES OCHAGAVIA	6OL8270123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
28-01-2023	2029	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1280123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
28-01-2023	1996	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1280123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
28-01-2023	1958	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1280123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
28-01-2023	2264	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1280123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
28-01-2023	2483	1O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1280123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
29-01-2023	2030	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1290123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
29-01-2023	1997	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE2290123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
30-01-2023	1959	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6AL1300123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
30-01-2023	2265	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6RL1300123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
30-01-2023	2484	1O	MANTENCION Y/O REPARACION /CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OL1300123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
30-01-2023	2031	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE1300123	NEGATIVO	YERKO VERA
30-01-2023	1998	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	6OE2300123	NEGATIVO	YERKO VERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
ENERO 2023
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
30-01-2023	2266	5R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	6RL5300123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
30-01-2023	2485	7O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	6OL7300123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
30-01-2023	2486	8O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	5OL8300123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
30-01-2023	1960	11A	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES	5A11300123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
31-01-2023	2032	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1310123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
31-01-2023	1999	ETO 2	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	5OE1310123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
31-01-2023	2267	1R	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2RL1310123	NEGATIVO	YERKO VERA
31-01-2023	1961	1A	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2AL1310123	NEGATIVO	YERKO VERA
31-01-2023	2487	1O	CONTROL BIOLÓGICO DIARIO	2OL1310123	NEGATIVO	YERKO VERA
31-01-2023	2033	ETO 1	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES TRAUMASERVICE	2OE1310123	NEGATIVO	JOSE VILLANUEVA
31-01-2023	2268	8R	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	6RL8310123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
31-01-2023	2488	9O	CONTROL BIOLÓGICO IMPLANTES CMC	6OL9310123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
31-01-2023	2269	9R	CONTROL BIÓLOGO IMPLANTES OCHAGAVIA	6RL8310123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
31-01-2023	2489	10O	CONTROL BIÓLOGO IMPLANTES OCHAGAVIA	6O10310123	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA