



CONTROLES BIOLÓGICOS
MARZO 2021
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
01-03-2021	1A	1204	CONTROL DIARIO	1AL1010321	NEGATIVO	JAVIER HERNANDEZ
01-03-2021	1B	1276	CONTROL DIARIO	1BL1010321	NEGATIVO	JAVIER HERNANDEZ
01-03-2021	1R	1260	CONTROL DIARIO	1RL1010321	NEGATIVO	JAVIER HERNANDEZ
01-03-2021	1O	1285	CONTROL DIARIO	1OL1010321	NEGATIVO	JAVIER HERNANDEZ
02-03-2021	1A	1205	CONTROL DIARIO	6AL1020321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
02-03-2021	1B	1277	CONTROL DIARIO	6BL1020321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
02-03-2021	1R	1261	CONTROL DIARIO	6RL1020321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
02-03-2021	1O	1286	CONTROL DIARIO	6OL1020321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
02-03-2021	ETO	1228	CONTROL DIARIO	6OE1020321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
02-03-2021	ETO	1229	CONTROL DIARIO	6OE2020321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
02-03-2021	1B	1278	CONTROL DIARIO C.M.C	6BL5020321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
02-03-2021	1A	1206	CONTROL DIARIO C.M.C	6AL7020321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
02-03-2021	ETO	1230	CONTROL DIARIO	3OE1020321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
02-03-2021	ETO	1231	CONTROL DIARIO	3OE2020321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
03-03-2021	ETO	1232	CONTROL DIARIO	3OE1030321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
03-03-2021	ETO	1233	CONTROL DIARIO	3OE2030321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
03-03-2021	1O	1287	CONTROL DIARIO	2OL1030321	NEGATIVO	YERKO VERA
03-03-2021	1A	1207	CONTROL DIARIO	2AL1030321	NEGATIVO	YERKO VERA
03-03-2021	1B	1279	CONTROL DIARIO	2BL1030321	NEGATIVO	YERKO VERA
03-03-2021	1R	1262	CONTROL DIARIO	2RL1030321	NEGATIVO	YERKO VERA
03-03-2021	1R	1263	CONTROL DIARIO	2RL5030321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
03-03-2021	1R	1264	CONTROL DIARIO	6RL6030321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
04-03-2021	1A	1208	CONTROL DIARIO	3AL1040321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
04-03-2021	1B	1280	CONTROL DIARIO	3BL1040321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
04-03-2021	1R	1265	CONTROL DIARIO	3RL1040321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ



CONTROLES BIOLÓGICOS
MARZO 2021
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
04-03-2021	1O	1288	CONTROL DIARIO	3OL1040321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
04-03-2021	ETO	1234	CONTROL DIARIO	3OE1040321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
04-03-2021	ETO	1235	CONTROL DIARIO	3OE2040321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
05-03-2021	1A	1209	CONTROL DIARIO	6AL1050321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
05-03-2021	1B	1281	CONTROL DIARIO	6BL1050321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
05-03-2021	1R	1266	CONTROL DIARIO	6RL1050321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
05-03-2021	1O	1289	CONTROL DIARIO	6OL1050321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
05-03-2021	ETO	1236	CONTROL DIARIO	6OE1050321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
05-03-2021	ETO	1237	CONTROL DIARIO	6OE2050321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
05-03-2021	1R	1267	CONTROL CAJAS I.S.M	3RL7050321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
05-03-2021	1O	1290	CONTROL CAJAS I.S.M	3OL7050321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
05-03-2021	1O	1291	CONTROL CAJAS I.S.M	3OL8050321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
05-03-2021	1R	1268	CONTROL CAJAS I.S.M	3RL8050321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
05-03-2021	1O	1292	CONTROL CAJAS I.S.M	3OL9050321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
05-03-2021	1B	1282	CONTROL CAJAS I.S.M	3BL7050321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
06-03-2021	1A	1210	CONTROL DIARIO	2AL1060321	NEGATIVO	YERKO VERA
06-03-2021	1B	1283	CONTROL DIARIO	2BL1060321	NEGATIVO	YERKO VERA
06-03-2021	1R	1269	CONTROL DIARIO	2RL1060321	NEGATIVO	YERKO VERA
06-03-2021	1O	1293	CONTROL DIARIO	2OL1060321	NEGATIVO	YERKO VERA
06-03-2021	ETO	1238	CONTROL DIARIO	6OE1060321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
06-03-2021	ETO	1239	CONTROL DIARIO	6OE2060321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
06-03-2021	ETO	1240	CONTROL DIARIO	6OE3060321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
06-03-2021	ETO	1241	CONTROL DIARIO	6OE4060321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
07-03-2021	ETO	1242	CONTROL DIARIO	6OE1070321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
07-03-2021	ETO	1243	CONTROL DIARIO	6OE2070321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE



CONTROLES BIOLÓGICOS
MARZO 2021
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
08-03-2021	1A	1211	CONTROL DIARIO	6AL1080321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
08-03-2021	1B	1284	CONTROL DIARIO	6BL1080321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
08-03-2021	1R	1270	CONTROL DIARIO	6RL1080321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
08-03-2021	1O	1294	CONTROL DIARIO	6OL1080321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
08-03-2021	ETO	1244	CONTROL DIARIO	6OE1080321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
08-03-2021	ETO	1245	CONTROL DIARIO	6OE2080321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
08-03-2021	ETO	1246	CONTROL DIARIO	3OE3080321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
08-03-2021	ETO	1247	CONTROL DIARIO	3OE4080321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
08-03-2021	1A	1212	CONTROL DIARIO	3AL6080321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
08-03-2021	1O	1295	CONTROL DIARIO	3OL6080321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
09-03-2021	1R	1271	CONTROL DIARIO	2RL1090321	NEGATIVO	YERKO VERA
09-03-2021	1A	1213	CONTROL DIARIO	2AL1090321	NEGATIVO	YERKO VERA
09-03-2021	1O	1296	CONTROL DIARIO	2OL1090321	NEGATIVO	YERKO VERA
09-03-2021	1B	1285	CONTROL DIARIO	2BL1090321	NEGATIVO	YERKO VERA
09-03-2021	ETO	1248	CONTROL DIARIO	3OE1090321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
09-03-2021	ETO	1249	CONTROL DIARIO	3OE2090321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
09-03-2021	1O	1297	CONTROL CAJAS C.M.C	6OL5090321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
09-03-2021	1R	1272	CONTROL CAJAS C.M.C	6RL8090321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
09-03-2021	1R	1273	CONTROL CAJAS C.M.C	6RL9090321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
10-03-2021	1A	1214	CONTROL DIARIO	3AL1100321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
10-03-2021	1B	1286	CONTROL DIARIO	3BL1100321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
10-03-2021	1R	1274	CONTROL DIARIO	3RL1100321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
10-03-2021	1O	1298	CONTROL DIARIO	3OL1100321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
10-03-2021	ETO	1250	CONTROL DIARIO	3OE1100321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
10-03-2021	ETO	1251	CONTROL DIARIO	3OE2100321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ



CONTROLES BIOLÓGICOS
MARZO 2021
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
10-03-2021	1O	1299	CONTROL CAJAS C.M.C	2OL8100321	NEGATIVO	YERKO VERA
10-03-2021	1O	1300	CONTROL I.S.M	2OL9100321	NEGATIVO	YERKO VERA
11-03-2021	ETO	1252	CONTROL DIARIO	6OE1110321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
11-03-2021	ETO	1253	CONTROL DIARIO	6OE2110321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
11-03-2021	1A	1215	CONTROL DIARIO	6AL1110321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
11-03-2021	1B	1287	CONTROL DIARIO	6BL1110321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
11-03-2021	1R	1275	CONTROL DIARIO	6RL1110321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
11-03-2021	1O	1301	CONTROL DIARIO	6OL1110321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
11-03-2021	1O	1302	CONTROL CAJAS C.M.C	3OL6110321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
11-03-2021	ETO	1254	CONTROL DIARIO	3OE1110321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
11-03-2021	ETO	1255	CONTROL DIARIO	3OE2110321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
12-03-2021	ETO	1256	CONTROL DIARIO	3OE2120321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
12-03-2021	1R	1276	CONTROL DIARIO	2RL1120321	NEGATIVO	YERKO VERA
12-03-2021	1A	1216	CONTROL DIARIO	2AL1120321	NEGATIVO	YERKO VERA
12-03-2021	1B	1288	CONTROL DIARIO	2BL1120321	NEGATIVO	YERKO VERA
12-03-2021	1O	1303	CONTROL DIARIO	2OL1120321	NEGATIVO	YERKO VERA
13-03-2021	1A	1217	CONTROL DIARIO	3AL1130321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
13-03-2021	1B	1289	CONTROL DIARIO	3BL1130321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
13-03-2021	1R	1277	CONTROL DIARIO	3RL1130321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
13-03-2021	1O	1304	CONTROL DIARIO	3OL1130321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
13-03-2021	ETO	1257	CONTROL DIARIO	3OE1130321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
13-03-2021	ETO	1258	CONTROL DIARIO	3OE2130321	NEGATIVO	JOSE DAVID FERNANDEZ
15-03-2021	1B	1290	CONTROL DIARIO	2BL1150321	NEGATIVO	YERKO VERA
15-03-2021	1R	1278	CONTROL DIARIO	2RL1150321	NEGATIVO	YERKO VERA
15-03-2021	1O	1305	CONTROL DIARIO	2OL1150321	NEGATIVO	YERKO VERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
MARZO 2021
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
15-03-2021	1A	1218	CONTROL DIARIO	2AL1150321	NEGATIVO	YERKO VERA
15-03-2021	ETO	1259	CONTROL DIARIO	6OE1150321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
15-03-2021	ETO	1260	CONTROL DIARIO	6OE2150321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
16-03-2021	1A	1219	CONTROL DIARIO	3AL1160321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
16-03-2021	1B	1291	CONTROL DIARIO	3BL1160321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
16-03-2021	1O	1306	CONTROL DIARIO	3OL1160321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
16-03-2021	1R	1279	CONTROL DIARIO	3RL1160321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
16-03-2021	1R	1280	CONTROL CAJAS C.M.C	2RL2160321	NEGATIVO	YERKO VERA
16-03-2021	1O	1307	CONTROL CAJAS C.M.C	2OL5160321	NEGATIVO	YERKO VERA
16-03-2021	ETO	1261	CONTROL DIARIO	2OE1160321	NEGATIVO	YERKO VERA
16-03-2021	ETO	1262	CONTROL DIARIO	2OE2160321	NEGATIVO	YERKO VERA
17-03-2021	1R	1281	CONTOL AVANSALUD / H.PH	2RL5170321	NEGATIVO	YERKO VERA
17-03-2021	1B	1292	CONTROL LO CURRO	2BL7170321	NEGATIVO	YERKO VERA
17-03-2021	1O	1308	CONTROL AVANSALUD	2OL8170321	NEGATIVO	YERKO VERA
17-03-2021	1R	1282	CONTROL DIARIO	6RL1170321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
17-03-2021	1A	1220	CONTROL DIARIO	AL1170321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
17-03-2021	1B	1293	CONTROL DIARIO	6BL1170321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
17-03-2021	1O	1309	CONTROL DIARIO	6OL1170321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
17-03-2021	ETO	1263	CONTROL DIARIO	6OE1170321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
17-03-2021	ETO	1264	CONTROL DIARIO	6OE2170321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
17-03-2021	1O	1310	CONTROL I.S.M	6OL5170321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
17-03-2021	1O	1311	CONTROL I.S.M	3OL6170321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
17-03-2021	1O	1312	CONTROL I.S.M	3OL7170321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
17-03-2021	1R	1283	CONTROL I.S.M	3RL8170321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
17-03-2021	1R	1284	CONTROL I.S.M	3RL11170321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE



CONTROLES BIOLÓGICOS
MARZO 2021
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



Accreditación certificada por
SUPERINTENDENCIA
DE SALUD

FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
18-03-2021	1A	1221	CONTROL DIARIO	2AL1180321	NEGATIVO	YERKO VERA
18-03-2021	1B	1294	CONTROL DIARIO	2BL1180321	NEGATIVO	YERKO VERA
18-03-2021	1R	1285	CONTROL DIARIO	2RL1180321	NEGATIVO	YERKO VERA
18-03-2021	1O	1313	CONTROL DIARIO	2OL1180321	NEGATIVO	YERKO VERA
18-03-2021	1O	1314	CONTROL I.S.M	6OL6180321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
18-03-2021	1O	1315	CONTROL I.S.M	6OL7180321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
18-03-2021	1R	1286	CONTROL CAJAS C.M.C	6RL7180321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
18-03-2021	1O	1316	CONTROL CAJAS C.M.C	6OL8180321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
18-03-2021	ETO	1265	CONTROL DIARIO	3OE1180321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
18-03-2021	ETO	1266	CONTROL DIARIO	3OE2180321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
19-03-2021	1A	1222	CONTROL DIARIO	3AL1190321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
19-03-2021	1B	1295	CONTROL DIARIO	3BL1190321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
19-03-2021	1R	1287	CONTROL DIARIO	3RL1190321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
19-03-2021	1O	1317	CONTROL DIARIO	3OL1190321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
19-03-2021	ETO	1267	CONTROL DIARIO	3OE1190321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
19-03-2021	ETO	1268	CONTROL DIARIO	3OE2190321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
20-03-2021	1A	1223	CONTROL DIARIO	6AL1200321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
20-03-2021	1B	1296	CONTROL DIARIO	6BL1200321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
20-03-2021	1R	1288	CONTROL DIARIO	6RL1200321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
20-03-2021	1O	1318	CONTROL DIARIO	6OL1200321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
20-03-2021	1O	1319	CONTROL CAJAS C.M.C	6OL3200321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
20-03-2021	ETO	1269	CONTROL DIARIO	3OE1200321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
22-03-2021	ETO	1270	CONTROL DIARIO	3OE1220321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
22-03-2021	1A	1224	CONTROL DIARIO	3AL1220321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
22-03-2021	1B	1297	CONTROL DIARIO	3BL1220321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE



CONTROLES BIOLÓGICOS
MARZO 2021
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
22-03-2021	1R	1289	CONTROL DIARIO	3RL1220321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
22-03-2021	1O	1320	CONTROL DIARIO	3OL1220321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
22-03-2021	1R	1290	CONTROL CAJAS C.M.C	3RL2220321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
22-03-2021	ETO	1271	CONTROL DIARIO	3OE2220321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
22-03-2021	1R	1291	CONTROL CAJAS C.M.C	3RL6220321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
22-03-2021	1A	1225	CONTROL CAJAS C.M.C	2AL8220321	NEGATIVO	YERKO VERA
23-03-2021	1A	1226	CONTROL DIARIO	6AL1230321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
23-03-2021	1B	1298	CONTROL DIARIO	6BL1230321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
23-03-2021	1R	1292	CONTROL DIARIO	6RL1230321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
23-03-2021	1O	1321	CONTROL DIARIO	6OL1230321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
23-03-2021	ETO	1272	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	6OE1230321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
23-03-2021	1O	1322	CONTROL CAJAS C.M.C	6OL5230321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
23-03-2021	1R	1293	CONTROL CAJAS C.M.C	6RL7230321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
23-03-2021	ETO	1273	CONTROL DIARIO	6OE2230321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
23-03-2021	ETO	1274	CONTROL DIARIO	6OE3230321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
23-03-2021	1O	1323	CONTROL CAJAS I.S.M	3OL7230321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
23-03-2021	1R	1294	CONTROL CAJAS I.S.M	3RL10230321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
23-03-2021	1O	1324	CONTROL CAJAS I.S.M	3OL8230321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
23-03-2021	1R	1295	CONTROL CAJAS I.S.M	3RL11230321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
23-03-2021	ETO	1275	CONTROL HOSMET	2OE1230321	NEGATIVO	YERKO VERA
23-03-2021	ETO	1276	CONTROL HOSMET	2OE2230321	NEGATIVO	YERKO VERA
24-03-2021	1A	1227	CONTROL DIARIO	2AL1240321	NEGATIVO	YERKO VERA
24-03-2021	1B	1299	CONTROL DIARIO	2BL1240321	NEGATIVO	YERKO VERA
24-03-2021	1R	1296	CONTROL DIARIO	2RL1240321	NEGATIVO	YERKO VERA
24-03-2021	1O	1325	CONTROL DIARIO	2OL1240321	NEGATIVO	YERKO VERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
MARZO 2021
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
24-03-2021	1R	1297	CONTROL CAJAS C.M.C	6RL5240321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
24-03-2021	1O	1326	CONTROL I.S.M	6OL6240321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
24-03-2021	1O	1327	CONTROL I.S.M	6OL7240321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
24-03-2021	ETO	1277	CONTROL HOSMET	6OE1240321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
24-03-2021	ETO	1278	CONTROL HOSMET	6OE2240321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
25-03-2021	1A	1228	CONTROL DIARIO	3AL1250321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
25-03-2021	1B	1300	CONTROL DIARIO	3BL1250321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
25-03-2021	1R	1298	CONTROL DIARIO	3RL1250321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
25-03-2021	1O	1328	CONTROL DIARIO	3OL1250321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
25-03-2021	ETO	1279	CONTROL DIARIO	3OE1250321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
25-03-2021	ETO	1280	CONTROL DIARIO	3OE2250321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
26-03-2021	1A	1229	CONTROL DIARIO	6AL1260321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
26-03-2021	1B	1301	CONTROL DIARIO	6BL1260321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
26-03-2021	1R	1299	CONTROL DIARIO	6RL1260321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
26-03-2021	1O	1329	CONTROL DIARIO	6OL1260321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
26-03-2021	1A	1230	CONTROL CAJAS C.M.C	6AL3260321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
26-03-2021	ETO	1281	CONTROL DIARIO	6OE1260321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
26-03-2021	ETO	1282	CONTROL DIARIO	6OE2260321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
26-03-2021	1O	1330	CONTROL CAJAS C.M.C	6OL6260321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
26-03-2021	1R	1300	CONTROL CAJAS C.M.C	3RL7260321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
27-03-2021	1A	1231	CONTROL DIARIO	2AL1270321	NEGATIVO	YERKO VERA
27-03-2021	1B	1302	CONTROL DIARIO	2BL1270321	NEGATIVO	YERKO VERA
27-03-2021	1R	1301	CONTROL DIARIO	2RL1270321	NEGATIVO	YERKO VERA
27-03-2021	1O	1331	CONTROL DIARIO	2OL1270321	NEGATIVO	YERKO VERA
29-03-2021	1A	1232	CONTROL DIARIO	6AL1290321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
MARZO 2021
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
29-03-2021	1B	1303	CONTROL DIARIO	6BL1290321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
29-03-2021	1R	1302	CONTROL DIARIO	6RL1290321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
29-03-2021	1O	1332	CONTROL DIARIO	6OL1290321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
29-03-2021	ETO	1283	CONTROL DIARIO	6OE1290321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
29-03-2021	1R	1303	CONTROL CAJAS C.M.C	6RL3290321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
29-03-2021	ETO	1284	CONTROL DIARIO	6OE2290321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
30-03-2021	ETO	1285	CONTROL DIARIO	2OE1300321	NEGATIVO	YERKO VERA
30-03-2021	1R	1304	CONTROL DIARIO	2RL1300321	NEGATIVO	YERKO VERA
30-03-2021	1A	1233	CONTROL DIARIO	2AL1300321	NEGATIVO	YERKO VERA
30-03-2021	1O	1333	CONTROL DIARIO	2OL1300321	NEGATIVO	YERKO VERA
30-03-2021	1B	1304	CONTROL DIARIO	2BL1300321	NEGATIVO	YERKO VERA
30-03-2021	1O	1334	CONTROL CAJAS C.M.C	6OL6300321	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
30-03-2021	ETO	1286	CONTROL DIARIO	2OE1300321	NEGATIVO	YERKO VERA
31-03-2021	1A	1234	CONTROL DIARIO	3AL1310321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
31-03-2021	1B	1305	CONTROL DIARIO	3BL1310321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
31-03-2021	1R	1305	CONTROL DIARIO	3RL1310321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
31-03-2021	1O	1335	CONTROL DIARIO	3OL1310321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
31-03-2021	1O	1336	CONTROL CAJAS C.M.C	3OL4310321	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE