



CONTROLES BIOLÓGICOS
ABRIL 2021
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
01-04-2021	1A	1235	CONTROL DIARIO	6AL1010421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
01-04-2021	1B	1306	CONTROL DIARIO	6BL1010421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
01-04-2021	1R	1306	CONTROL DIARIO	6RL1010421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
01-04-2021	1O	1337	CONTROL DIARIO	6OL1010421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
01-04-2021	ETO	1287	CONTROL HOSMET	6OE2010421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
01-04-2021	1O	1338	CONTROL CAJAS C.M.C	6OL6010421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
03-04-2021	1A	1236	CONTROL DIARIO	2AL1030421	NEGATIVO	YERKO VERA
03-04-2021	1B	1307	CONTROL DIARIO	2BL1030421	NEGATIVO	YERKO VERA
03-04-2021	1O	1339	CONTROL DIARIO	2OL1030421	NEGATIVO	YERKO VERA
03-04-2021	1R	1307	CONTROL DIARIO	2RL1030421	NEGATIVO	YERKO VERA
05-04-2021	1A	1237	CONTROL DIARIO	2AL1050421	NEGATIVO	YERKO VERA
05-04-2021	1B	1308	CONTROL DIARIO	2BL1050421	NEGATIVO	YERKO VERA
05-04-2021	1O	1340	CONTROL DIARIO	2OL1050421	NEGATIVO	YERKO VERA
05-04-2021	1R	1308	CONTROL DIARIO	2RL1050421	NEGATIVO	YERKO VERA
05-04-2021	ETO	1291	CONTROL U DE LOS ANDES	2OE1050421	NEGATIVO	YERKO VERA
05-04-2021	ETO	1292	CONTROL DIARIO	2OE1050421	NEGATIVO	YERKO VERA
05-04-2021	ETO	1293	CONTROL DIARIO	6OE1050421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
06-04-2021	1A	1238	CONTROL DIARIO	3AL1060421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
06-04-2021	1B	1309	CONTROL DIARIO	3BL1060421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
06-04-2021	1R	1309	CONTROL DIARIO	3RL1060421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
06-04-2021	1O	1341	CONTROL DIARIO	3OL1060421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
06-04-2021	ETO	1294	CONTROL DIARIO	3OE1060421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
06-04-2021	ETO	1295	CONTROL DIARIO	3OE2060421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
06-04-2021	1O	1342	CONTROL CAJAS C.M.C	2OL5060421	NEGATIVO	YERKO VERA
06-04-2021	ETO	1296	CONTROL DIARIO	2OE2060421	NEGATIVO	YERKO VERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
ABRIL 2021
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
07-04-2021	1A	1239	CONTROL DIARIO	6AL1070421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
07-04-2021	1B	1310	CONTROL DIARIO	6BL1070421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
07-04-2021	1R	1310	CONTROL DIARIO	6RL1070421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
07-04-2021	1O	1343	CONTROL DIARIO	6OL1070421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
07-04-2021	ETO	1297	CONTROL DIARIO	6OE1070421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
08-04-2021	1A	1240	CONTROL DIARIO	2AL1080421	NEGATIVO	YERKO VERA
08-04-2021	1O	1344	CONTROL DIARIO	2OL1080421	NEGATIVO	YERKO VERA
08-04-2021	1R	1311	CONTROL DIARIO	2RL1080421	NEGATIVO	YERKO VERA
08-04-2021	1B	1311	CONTROL DIARIO	2BL1080421	NEGATIVO	YERKO VERA
08-04-2021	1O	1345	CONTROL CAJAS C.M.C	2OL1080421	NEGATIVO	YERKO VERA
08-04-2021	ETO	1298	CONTROL DIARIO	6OE2080421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
09-04-2021	1A	1241	CONTROL DIARIO	3AL1090421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
09-04-2021	1B	1312	CONTROL DIARIO	3BL1090421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
09-04-2021	1R	1312	CONTROL DIARIO	3RL1090421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
09-04-2021	1O	1346	CONTROL DIARIO	3OL1090421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
09-04-2021	ETO	1299	CONTROL DIARIO	3OE1090421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
09-04-2021	1O	1347	CONTROL CAJAS C.M.C	3OL4090421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
09-04-2021	ETO	1300	CONTROL HOSMET	3OE1090421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
09-04-2021	1R	1313	CONTROL CAJAS C.M.C	3RL5090421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
10-04-2021	ETO	1301	CONTROL DIARIO	6OE2100421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
10-04-2021	1A	1242	CONTROL DIARIO	6AL1100421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
10-04-2021	1B	1313	CONTROL DIARIO	6BL1100421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
10-04-2021	1R	1314	CONTROL DIARIO	6RL1100421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
10-04-2021	1O	1348	CONTROL DIARIO	6OL1100421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
10-04-2021	ETO	1302	CONTROL DIARIO	6OE1100421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
ABRIL 2021
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
10-04-2021	ETO	1303	CONTROL DIARIO	6OE2100421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
12-04-2021	1A	1243	CONTROL DIARIO	3AL1120421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
12-04-2021	1B	1314	CONTROL DIARIO	3BL1120421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
12-04-2021	1R	1315	CONTROL DIARIO	3RL1120421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
12-04-2021	1O	1349	CONTROL DIARIO	3OL1120421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
12-04-2021	ETO	1304	CONTROL DIARIO	3OE1120421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
12-04-2021	ETO	1305	CONTROL DIARIO	3OE2120421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
12-04-2021	ETO	1306	CONTROL ROCHE	3OE2120421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
12-04-2021	ETO	1307	CONTROL ROCHE	3OE2120421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
12-04-2021	1R	1316	CONTROL CAJAS C.M.C	3RL6120421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
12-04-2021	ETO	1308	CONTROL ROCHE Y U. DE LOS ANDES	2OE3120421	NEGATIVO	YERKO VERA
13-04-2021	1A	1244	CONTROL DIARIO	6AL1130421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
13-04-2021	1B	1315	CONTROL DIARIO	6BL1130421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
13-04-2021	1R	1317	CONTROL DIARIO	6RL1130421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
13-04-2021	1O	1350	CONTROL DIARIO	6OL1130421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
13-04-2021	ETO	1309	CONTROL DIARIO	6OE1130421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
13-04-2021	ETO	1310	CONTROL DIARIO	6OE2130421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
13-04-2021	1R	1318	CONTROL CAJAS C.M.C	6RL6130421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
13-04-2021	1O	1351	CONTROL DIARIO	3OL5130421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
13-04-2021	ETO	1311	CONTROL U DE LOS ANDES	3OE2130421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
13-04-2021	ETO	1312	CONTROL ROCHE	3OE3130421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
13-04-2021	ETO	1313	CONTROL HOSMET	3OE3130421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
14-04-2021	1A	1245	CONTROL DIARIO	2AL1140421	NEGATIVO	YERKO VERA
14-04-2021	1B	1316	CONTROL DIARIO	2BL1140421	NEGATIVO	YERKO VERA
14-04-2021	1O	1352	CONTROL DIARIO	2OL1140421	NEGATIVO	YERKO VERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
ABRIL 2021
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
14-04-2021	1R	1319	CONTROL DIARIO	2RL1140421	NEGATIVO	YERKO VERA
14-04-2021	1O	1353	CONTROL DIARIO	6OL5140421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
14-04-2021	ETO	1314	CONTROL DIARIO	6OE2140421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
15-04-2021	1A	1246	CONTROL DIARIO	3AL1150421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
15-04-2021	1B	1317	CONTROL DIARIO	3BL1150421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
15-04-2021	1R	1320	CONTROL DIARIO	3RL1150421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
15-04-2021	1O	1354	CONTROL DIARIO	3OL1150421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
15-04-2021	ETO	1315	CONTROL DIARIO	3OE1150421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
15-04-2021	ETO	1316	CONTROL DIARIO	3OE2150421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
15-04-2021	1R	1321	CONTROL CAJAS C.M.C	3RL2150421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
15-04-2021	1R	1322	CONTROL CAJAS C.M.C	3RL4150421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
15-04-2021	1R	1323	CONTROL CAJAS C.M.C	3RL5150421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
15-04-2021	1O	1355	CONTROL CAJAS C.M.C	3RL6150421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
15-04-2021	ETO	1317	CONTROL ROCHE	2OE2150421	NEGATIVO	YERKO VERA
15-04-2021	ETO	1318	CONTROL ROCHE	2OE3150421	NEGATIVO	YERKO VERA
15-04-2021	ETO	1319	CONTROL HOSMET	2OE3150421	NEGATIVO	YERKO VERA
16-04-2021	1A	1247	CONTROL DIARIO	6AL1160421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
16-04-2021	1B	1318	CONTROL DIARIO	6BL1160421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
16-04-2021	1R	1324	CONTROL DIARIO	6RL1160421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
16-04-2021	1O	1356	CONTROL DIARIO	6OL1160421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
16-04-2021	ETO	1320	CONTROL DIARIO	6OE1160421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
16-04-2021	ETO	1321	CONTROL ROCHE	3OE2160421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
16-04-2021	ETO	1322	CONTROL ROCHE Y U. DE LOS ANDES	3OE1160421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
16-04-2021	1O	1357	CONTROL CAJAS C.M.C	6OL5160421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
17-04-2021	ETO	1323	CONTROL DIARIO	6OE1170421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
ABRIL 2021
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
17-04-2021	ETO	1324	CONTROL DIARIO	6OE2170421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
17-04-2021	1A	1248	CONTROL DIARIO	6AL1170421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
17-04-2021	1B	1319	CONTROL DIARIO	6BL1170421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
17-04-2021	1R	1325	CONTROL DIARIO	6RL1170421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
17-04-2021	1O	1358	CONTROL DIARIO	6OL1170421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
17-04-2021	1O	1359	CONTROL DIARIO	6OL3170421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
19-04-2021	1A	1249	CONTROL DIARIO	6AL1190421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
19-04-2021	1B	1320	CONTROL DIARIO	6BL1190421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
19-04-2021	1R	1326	CONTROL DIARIO	6RL1190421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
19-04-2021	1O	1360	CONTROL DIARIO	6OL1190421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
19-04-2021	ETO	1325	CONTROL DIARIO	6OE2190421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
19-04-2021	1O	1361	CONTROL CAJAS C.M.C	6OL5190421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
19-04-2021	ETO	1326	CONTROL U DE LOS ANDES	2OE1190421	NEGATIVO	YERKO VERA
20-04-2021	1O	1362	CONTROL DIARIO	2OL1200421	NEGATIVO	YERKO VERA
20-04-2021	1A	1250	CONTROL DIARIO	2AL1200421	NEGATIVO	YERKO VERA
20-04-2021	1B	1321	CONTROL DIARIO	2BL1200421	NEGATIVO	YERKO VERA
20-04-2021	1R	1327	CONTROL DIARIO	2RL1200421	NEGATIVO	YERKO VERA
20-04-2021	ETO	1327	CONTROL ELSA Y U. DE LOS ANDES	2OE1200421	NEGATIVO	YERKO VERA
20-04-2021	1O	1363	CONTROL CAJAS C.M.C	2OL4200421	NEGATIVO	YERKO VERA
20-04-2021	1O	1364	CONTROL CAJAS D. ESTETICO	6OL7200421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
21-04-2021	1A	1251	CONTROL DIARIO	3AL1210421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
21-04-2021	1B	1322	CONTROL DIARIO	3BL1210421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
21-04-2021	1R	1328	CONTROL DIARIO	3RL1210421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
21-04-2021	1O	1365	CONTROL DIARIO	3OL1210421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
21-04-2021	ETO	1328	CONTROL DIARIO	3OE1210421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE



CONTROLES BIOLÓGICOS
ABRIL 2021
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
21-04-2021	1O	1366	CONTROL CAJAS C.M.C	3OL5210421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
21-04-2021	1O	1367	CONTROL CAJAS C.M.C	3OL3210421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
21-04-2021	1O	1368	CONTROL CAJAS C.M.C	3OL4210421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
21-04-2021	ETO	1329	CONTROL U DE LOS ANDES	2OE2210421	NEGATIVO	YERKO VERA
21-04-2021	ETO	1330	CONTROL ELSA	2OE1210421	NEGATIVO	YERKO VERA
22-04-2021	1A	1252	CONTROL DIARIO	6AL1220421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
22-04-2021	1B	1323	CONTROL DIARIO	6BL1220421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
22-04-2021	1R	1329	CONTROL DIARIO	6RL1220421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
22-04-2021	1O	1369	CONTROL DIARIO	6OL1220421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
22-04-2021	1R	1330	CONTROL CAJAS C.M.C	6RL3220421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
22-04-2021	ETO	1331	CONTROL DIARIO	6OE1220421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
22-04-2021	ETO	1332	CONTROL DIARIO	6OE2220421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
22-04-2021	1R	1331	CONTROL CAJAS C.M.C	6RL4220421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
22-04-2021	ETO	1333	CONTROL HOSMET	3OE3220421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
23-04-2021	1O	1370	CONTROL DIARIO	2OL1230421	NEGATIVO	YERKO VERA
23-04-2021	1A	1253	CONTROL DIARIO	2AL1230421	NEGATIVO	YERKO VERA
23-04-2021	1B	1324	CONTROL DIARIO	2BL1230421	NEGATIVO	YERKO VERA
23-04-2021	1R	1332	CONTROL DIARIO	2RL1230421	NEGATIVO	YERKO VERA
23-04-2021	ETO	1334	CONTROL ELSA	2OE1230421	NEGATIVO	YERKO VERA
23-04-2021	ETO	1335	CONTROL U DE LOS ANDES	6OE1230421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
24-04-2021	1A	1254	CONTROL DIARIO	2AL1240421	NEGATIVO	YERKO VERA
24-04-2021	1R	1333	CONTROL DIARIO	2RL1240421	NEGATIVO	YERKO VERA
24-04-2021	1O	1371	CONTROL DIARIO	2OL1240421	NEGATIVO	YERKO VERA
24-04-2021	1B	1325	CONTROL DIARIO	2BL1240421	NEGATIVO	YERKO VERA
26-04-2021	1O	1372	CONTROL DIARIO	2OL1260421	NEGATIVO	YERKO VERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
ABRIL 2021
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
26-04-2021	1A	1255	CONTROL DIARIO	2AL1260421	NEGATIVO	YERKO VERA
26-04-2021	1B	1326	CONTROL DIARIO	2BL1260421	NEGATIVO	YERKO VERA
26-04-2021	ETO	1336	CONTROL ELSA	2OE1260421	NEGATIVO	YERKO VERA
26-04-2021	ETO	1337	CONTROL HOSMET Y U. DE LOS ANDES	2OE2260421	NEGATIVO	YERKO VERA
27-04-2021	1A	1256	CONTROL DIARIO	3AL1270421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
27-04-2021	1B	1327	CONTROL DIARIO	3BL1270421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
27-04-2021	1O	1373	CONTROL DIARIO	3OL1270421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
27-04-2021	ETO	1338	CONTROL DIARIO	2OE1270421	NEGATIVO	YERKO VERA
27-04-2021	ETO	1339	CONTROL DIARIO	2OE2270421	NEGATIVO	YERKO VERA
27-04-2021	1R	1334	CONTROL DIARIO	3RL2270421	NEGATIVO	YERKO VERA
27-04-2021	ETO	1340	CONTROL HOSMET	2OE3270421	NEGATIVO	YERKO VERA
28-04-2021	1A	1257	CONTROL DIARIO	6AL1280421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
28-04-2021	1B	1328	CONTROL DIARIO	6BL1280421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
28-04-2021	1R	1335	CONTROL DIARIO	6RL1280421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
28-04-2021	1O	1374	CONTROL DIARIO	6OL1280421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
28-04-2021	ETO	1341	CONTROL U DE LOS ANDES	3OE1280421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
28-04-2021	ETO	1342	CONTROL HOSMET	3OE2280421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
28-04-2021	1O	1375	CONTROL CAJAS C.M.C	3OL6280421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
28-04-2021	1R	1336	CONTROL DIARIO	3RL6280421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
29-04-2021	1O	1376	CONTROL DIARIO	2OL1290421	NEGATIVO	YERKO VERA
29-04-2021	1R	1337	CONTROL DIARIO	2RL1290421	NEGATIVO	YERKO VERA
29-04-2021	1A	1258	CONTROL DIARIO	2AL1290421	NEGATIVO	YERKO VERA
29-04-2021	1B	1329	CONTROL DIARIO	2BL1290421	NEGATIVO	YERKO VERA
29-04-2021	ETO	1343	CONTROL ELSA	2OE1290421	NEGATIVO	YERKO VERA
29-04-2021	1O	1377	CONTROL CAJAS D. ESTETICO	2OL4290421	NEGATIVO	YERKO VERA



CONTROLES BIOLÓGICOS
ABRIL 2021
ATTEST 1292 RAPID BJ/STEAM
STEREATHERMOPHILUS 134 C x 10 MINUTOS



FECHA	Nº DE CONTROL	CARGA	MOTIVO	ROTULACIÓN	RESULTADO	SUPERVISOR
29-04-2021	1O	1378	CONTROL CAJAS C.M.C	6OL6290421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
29-04-2021	ETO	1344	CONTROL ELSA	6OE1290421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
29-04-2021	ETO	1345	CONTROL ELSA	6OE2290421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
29-04-2021	ETO	1346	CONTROL HOSMET	6OE3290421	NEGATIVO	ALEJANDRO HERRERA
30-04-2021	1A	1259	CONTROL DIARIO	3AL1300421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
30-04-2021	1B	1330	CONTROL DIARIO	3BL1300421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
30-04-2021	1R	1338	CONTROL DIARIO	3RL1300421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
30-04-2021	1O	1379	CONTROL DIARIO	3OL1300421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
30-04-2021	ETO	1347	CONTROL DIARIO	3OE1300421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
30-04-2021	ETO	1348	CONTROL DIARIO	3OE2300421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE
30-04-2021	1O	1380	CONTROL CAJAS C.M.C	3OL6300421	NEGATIVO	VICTOR CAYUPE